



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 - 4

Zadavatel: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: **Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2 – Nové Město**
IČO: **00216208**

Veřejná zakázka: **Mgr16 – stolní ultracentrifuga**
Interní číslo VZ: **VZ/17/542**

Žádost o vysvětlení ZD 2:

Zadavatel požaduje: „software přístroje umožňující zobrazení aktuální číselné hodnoty vakua“. Tato vlastnost není pro tuto kategorii centrifug prakticky využitelná, neboť pro provoz centrifugy postačuje orientační informace, zda je vakuum vysoké, střední nebo nízké. To se obvykle realizuje sloupcovým indikátorem. Z tohoto důvodu navrhuje výše citovaný parametr nazvat například takto: software přístroje umožňující zobrazení aktuální hodnoty vakua“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zobrazení aktuální číselné hodnoty vakua je důležité při řešení jakýchkoliv potíží v běhu centrifugy a při servisu. Pro pokročilé aplikace včetně dlouhých běhů gradientové ultracentrifugace je možnost monitorovat přesnou hodnotu vakua zásadní pro posouzení standardního průběhu celého nákladného pokusu.

Žádost o vysvětlení ZD 3:

Zadavatel požaduje: „možnost vzdáleného monitorování běhu pomocí vzdáleného počítače“. Pro jednoznačnost zadání prosíme upřesnit, zda je tím myšlena možnost budoucího rozšíření, která není součástí nabídky anebo má být součástí nabídky i síťový (LAN) interface a SW pro vzdálený počítač. Předpokládáme, že „vzdálený počítač“ je vlastnictvím zadavatele a nebude součástí nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Možnost monitorování pomocí vzdálených počítačů je přímou součástí nabídky, včetně síťového rozhraní a potřebného softwaru. Vzdálené počítače již na pracovišti máme k dispozici, nejsou součástí této zakázky.

Žádost o vysvětlení ZD 4:

K veřejné zakázce UKPRF170056: Mgr16 - stolní ultracentrifuga <https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=168588>, je v návrhu smlouvy (dokument 1046863-Priloha_c_2_ZD_Kupni_smlouva.docx) v bodě 3.1 uveden předmět smlouvy "Přístroj pro měření absorpance a přímou kvantifikaci mikrobiálních a řasových kultur", který není předmětem VZ.

Chtěli bychom se ujistit, zda zadavatel akceptuje v nabídce uchazeče změnu znění uvedené formulace předmětu smlouvy na "Stolní ultracentrifuga s příslušenstvím".

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Z důvodu administrativního pochybení je chyba v předmětu smlouvy - správně má být jako na profilu a ve věstníku, tedy "Stolní chlazená preparativní ultracentrifuga pro izolaci jednotlivých organel a definovanou frakcionaci buněčných membrán pohlavních či somatických buněk." Technické specifikace jsou rovněž správně. Dodavatelé uvedou do nabídky v bodě 3.1 smlouvy: „Stolní chlazená preparativní ultracentrifuga pro izolaci jednotlivých organel a definovanou frakcionaci buněčných membrán pohlavních či somatických buněk“.

V Praze dne 8.1.2018

CGB-Consult, s.r.o.
Proského pláza 12a, Praha 8
tel.: 222 314 592, fax: 222 310 022
DIP: 6725400201
Ing. Jan Chalupa, CSc.
zapsaný v OR MŠ Praha - C 40313
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele