

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Název veřejné zakázky: Kapilární mikrokalorimetr

Interní číslo veřejné zakázky: VZ/18/008

V Praze dne 20. 4. 2018

Zadavatel vysvětluje na základě § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci takto:


Dotaz:

V příloze č. 3 Absolutní (minimální) technické požadavky, kde v bodě 2. požadujete: Vhodný pro měření kapalných vzorků (vodné disperze syntetických liposomů a koloidů tvořených syntetickými polymery, které jsou dostupné v přiměřeném množství a koncentraci) s objemem $\leq 0,5$ ml. Pro jistotu žádáme o potvrzení již stanoveného parametru, že je zde požadován pro měření objem kapalného vzorku $\leq 0,5$ ml a nikoliv objem kapilární cely, který by musel být mnohonásobně vyšší, což by bylo nežádoucí vzhledem k vyššímu množství a spotřebě vzorku.

Odpověď:

Ano. Požadavek objemu vzorku maximálně 0,5 ml se vztahuje na celkovou spotřebu vzorku na jedno měření a ne na objem měřící cely.

Jelikož se nejedná o doplnění či změnu zadávací dokumentace, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.


prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy