



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: **Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2 – Nové Město**
IČO: **00216208**

Veřejná zakázka: **Mikroskopická technika II**
Interní číslo VZ: **VZ/18/505**

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci části 2 – Petrografický mikroskop na řádku 5 jsou uvedeny parametry objektivu. Objektiv 20X má toto označení: Achromat LWD 20X. min N. A. 0.4.

Dotaz uchazeče: označení LWD se používá pro objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností. Bude zadavatel akceptovat pracovní vzdálenost tohoto objektivu ve výši 3,9 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje požadavek na LWD objektiv, minimální pracovní vzdálenost je 3.5 mm.

V Praze dne 10. 5. 2018

CGB - Consult, s.r.o.
Prvního pláze 12a, Praha 8
tel.: 222 314 592, fax: 222 310 022
DIC: CZ25100921
zapsaná v OR MS Praha - C 49313

Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele