

V Olomouci 14.5.2018

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem  
„RTG ochranné pomůcky 2018“

**Dotazy:**

- **Pb ekvivalent:**

v zadání je uveden ekvivalent 0,35 mm zepředu a 0,25 mm zezadu a pro límce 0,50 mm  
Pro intervenční zákroky většinou požadují klienti ekvivalent 0,50/0,25 (vpředu/vzadu) –  
jen informace

**Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, tj. přední ochranný faktor min. 0,35 mm Pb (plášťová (kabátová) zástěra, zástěra s předním ochranným dílem (rychloupínací), vesta+sukně); zadní ochranný faktor min. 0,25 mm Pb (plášťová (kabátová) zástěra, vesta+sukně); ochranný faktor: ochrana štítné žlázy (límeč) min. 0,50 mm Pb.**

- **Doba dodání:**

Běžně dostáváme objednané výrobky z mateřské firmy, kde se šijí, každý měsíc – tudíž většinou udáváme dobu dodání pro běžné objednávky 6 týdnů  
Uvedené množství 124 ks je velká zakázka – budete požadovat dodání najednou, nebo po částech?

**Zadavatel nespecifikuje termín dodání, tj. na každém dodavateli je, aby určil jak rychle je schopen předmět plnění dodat. Předmět plnění může být dodáván i po částech, s tím, že poslední dodávka musí být nejpozději k termínu plnění uvedeném ve smlouvě (po doplnění dodavatelem).**

- **Velikosti:**

V zadání není určena délka výrobků – bude se upřesňovat dodatečně?

Pokud je to tak, v zadání měla být udána aspoň výška postavy, aby mohli všichni dodavatelé nabídnout stejnou délku a tím budou nabídky srovnatelné.

Délka zástěry, kabátu nebo sukne by měla podle normy zakrývat koleno a je zbytečné mít výrobek zbytečně dlouhý (zvýší se hmotnost a tím se zmenší pohodlnost)

Nabízíme provedení pro: Muže, Ženy nebo univerzální provedení Unisex – pokud výrobek není určen pro konkrétní osobu

Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno: „Velikosti uvedené v Příloze č. 1 jsou orientační. Zaměření RTG ochranných prostředků (přesné zjištění rozměrů) provede vybraný účastník výběrového řízení fyzicky na jednotlivých dotčených pracovištích FNOL, rovněž umožní výběr povrchového materiálu a barevného designu pracovníkům FNOL na základě předloženého vzorníku.“

- **Provedení – modely:**

v Příloze č. 4 jsou zobrazeny výrobky konkrétního výrobce.

Trváte na zobrazeném provedení, nebo může být podobné, ale splňující hlavní zadání?



Plášťová (kabátová) zástěra – ze zadání

████████ nabízí 2 modely kabátů bez rukávů:

**Starý model** ██████████ – má přesah v přední části – vnitřní část přesahu se musí fixovat sponami – to se klientům moc nelíbilo



**Nový model** ██████████ – jako obyčejný kabát – rychle a snadno se obléká/svléká – není potřeba zapínat spony uvnitř a zvnějšku



Oba kabáty mají požadovaný Pb ekvivalent – starý model se „zvětšeným“ přesahem nemá v místě překrytí „dvojnásobný“ ekvivalent.

#### Zástěra s předním ochranným dílem (rychloupínací):



Váš model



odpovídá našemu modelu



#### Kostým (vesta + sukně):



Váš požadavek:



**FAKULTNÍ NEMOCNICE®  
OLOMOUC**

Takové vesty nenabízíme.

Nabízíme vesty:




klasická vesta -

nejprodávanejší



se zvýšeným přesahem –

vnitřní část se musí fixovat suchým zipem


Oba modely vesty mají požadovaný Pb ekvivalent – model  se „zvětšeným“ přesahem nemá v místě překrytí „dvojnásobný“ ekvivalent

#### Límce:

nabízíme 2 modely límců:



- nejprodávanejší



Nabízíme 2 šířky/výšky „B“:

- 5 cm – většinou pro operatéry, kteří mají skloněnou hlavu – do nabídky uvedu
- 7 cm – kdo má delší krk, nebo nepracuje se skloněnou hlavou

Nabízíme také 3 velikosti – v závislosti na obvod krku:

- Small - obvod krku 30-34 cm
- Medium – nejprodávanejší – 35-42 cm
- Large – 43-48 cm



hodí se spíše pro pacienty – není tak pohodlný, ale je

trochu levnější

**Otázky:**

- akceptujete podobné modely kabátů a vesty?
- pokud ano, tak jaké modely mám zařadit do nabídky?

**Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno: „Použité vyobrazení ilustruje příklady nejvhodnějších ochranných pomůcek, požadavek však není omezen na nabídky jen těchto vyobrazených pomůcek. Je možné nabídnout jakékoli jiné, které splňují technickou specifikaci a požadovaný účel.“ Zadavatel však trvá na specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci (výzvě k podání nabídek včetně příloh).**

**K poznámce tazatele:**

Oba kabáty mají požadovaný Pb ekvivalent – starý model se „zvětšeným“ přesahem nemá v místě překrytí „dvojnásobný“ ekvivalent.

**Zadavatel požaduje ochranu předního dílu 0,35 mm Pb, což při požadovaném překrytí předního dílu činí 0,70 mm Pb.**

- **100 % ochrana proti fluorescenci, která proniká vrstvami materiálu RTG ochranných pomůcek.**

S tímto požadavkem se setkávám poprvé – prosím, vysvětlíte mi o co se jedná.

**Zadavatel trvá na požadavku na 100% ochranu proti fluorescenci, která proniká vrstvami materiálu RTG ochranných pomůcek. Ochranné pomůcky musí zajistit 100% ochranu proti fluorescenčnímu záření, které vzniká působením RTG paprsků. Pojem fluorescence je běžně dostupnou informací např. pod odkazem <https://www.wikiskripta.eu/w/Fluorescence>.**