

Splnění technických podmínek

Myčka chirurgických nástrojů - 2ks

Technické specifikace	ano/ne	poznámka
Dodávka a instalace 2ks prokládacích mycích a dezinfekčních automatů (dvoudveřových), certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s kombinovaným přepínatelným ohřevem pára/elektřina (max. celkový příkon 10 kW)		
dopředu výklopné dveře		
mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické + speciální program pro mytí silně znečištěného instrumentaria s použitím peroxidu vodíku		
nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.		
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu		
3-násobná filtrace mycího roztoku		
mycí prostor vybavený nerezovými mycími rameny		
dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací		
během mycího cyklu elektricky blokováné dveře		
prokládací mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem v komoře o kapacitě minimálně 10 mycích DIN sít standardní velikosti		
možnost použití automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů		
dvě výkonná oběhová čerpadla (pro vnější mytí a pro injektorové mytí) každém stroji		
elektronická, mikroprocesorově volně programovatelná řídicí jednotka (min. 64 programů)		
kommunikace na displeji v českém jazyce,		
výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring) SW musí být plně kompatibilní se stávající mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS FN Olomouc		
dvě vestavěná dávkovací čerpadla každém stroji		
prokládací mycí a dezinfekční automaty s vestavěnými výkonnými horkovzdušnými sušícími agregáty (minimální požadovaný výkon 250/450 m3/hod) a s HEPA filtry H 13, stupeň filtrace min. 99,992%		
přístroje vybaveny boilerem pro předehřátí DEMI vody		
kondenzátor par s vnějším opláštěním		
Příslušenství, které nemusí být součástí nabídky pokud budou nabízené přístroje plně kompatibilní se stávajícím vybavením v majetku CS I. FN Olomouc		
2ks zavážecích (transportních) vozíků jsou součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
2ks bezpečnostních základových van je součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
3ks mycích vozíků s 5 patry na OP instrumentarium je součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
40 mycích DIN sít standardní velikosti je součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
injektorový mycí vozík k uložení MIC instrumentaria pro min. 42 ks dutých nástrojů, vč. nastavce na rozkládací MIC nástroje a odsávacích hadic je součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
injektorový mycí vozík k uložení 4 AN sad, případně 12 dýchacích hadic do délky 1,5 m a různého příslušenství je součástí dodávky nebo je možnost využít stávající kompatibilní vybavení pracoviště		
vnější opáštění obou strojů nerezovým plechem je součástí dodávky		
deinstalace původních strojů je součástí dodávky		
Délka záruky minimálně 24 měsíců na dodávku i na stávající využití komponenty		