



## Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu **VZ-2018-000319** s názvem:

### „Laboratorní chladničky“

#### 1. Identifikace zadavatele

Název: Fakultní nemocnice Olomouc  
Sídlo: Olomouc, I. P. Pavlova 6, PSČ: 779 00  
IČ: 00098892, DIČ: CZ00098892  
Statutární orgán: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel  
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Dočkal, 588 443 138 [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

#### 2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 21 ks chladniček s prosklenými dveřmi pro farmacii ke skladování a temperování diagnostik, vzorků pacientů a farmaceutických přípravků a 3 ks chladniček s plnými dveřmi pro farmacii ke skladování a temperování diagnostik, vzorků pacientů a farmaceutických přípravků pro II. Interní kliniku, Oddělení geriatry a Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí předmětu zakázky je i následný servis po dobu předpokládané životnosti chladniček v délce 8 let.

#### 3. Technické požadavky

##### 3.1. Technická specifikace laboratorních chladniček pro farmacii:

- ✓ 3 kusy laboratorní chladniček pro farmacii (3 ks NEUROL)
- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimální rozsah teplot +3 °C až + 8 °C při okolní teplotě prostředí v minimálním rozsahu + 10 °C až + 38 °C
- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimální čistý objem 130 litrů
- ✓ maximální přípustné vnější rozměry laboratorní chladničky 85 x 60 x 62 cm (v/š/h) – **na tyto rozměry se nevztahuje přípustná tolerance ± 10%**
- ✓ maximální přípustná hloubka včetně odstupů od zdi laboratorní chladničky 65 cm
- ✓ maximální přípustná šířka při otevřených dveřích s madlem laboratorní chladničky 65 cm
- ✓ laboratorní chladnička musí mít plné dveře, možnost záměny strany otvírání výhodou
- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimálně tři kusy nastavitelných polic
- ✓ laboratorní chladnička musí mít optický a akustický alarm při překročení teploty a otevření dveří
- ✓ laboratorní chladnička musí mít průchodku pro externí čidlo měření teploty
- ✓ laboratorní chladnička musí mít dynamický systém chlazení
- ✓ laboratorní chladnička musí mít ventilátor
- ✓ laboratorní chladnička musí mít automatický způsob odmrazování
- ✓ laboratorní chladnička musí mít vnější ukazatel teploty interiéru
- ✓ laboratorní chladnička musí mít zámek
- ✓ laboratorní chladnička musí mít výškově nastavitelné nohy
- ✓ zajištění pravidelné PBTk, po dobu záruky zdarma

##### 3.2. Technická specifikace laboratorních chladniček pro farmacii:

- ✓ 21 kusů laboratorních chladniček pro farmacii (14 ks II. IK, 7 ks GER)
- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimální rozsah teplot +3 °C až + 8 °C při okolní teplotě prostředí v minimálním rozsahu + 10 °C až + 38 °C



- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimální čistý objem 130 litrů
- ✓ maximální přípustné vnější rozměry laboratorní chladničky 85 x 60 x 62 cm (v/š/h) – **na tyto rozměry se nevztahuje přípustná tolerance  $\pm 10\%$**
- ✓ maximální přípustná hloubka včetně odstupe od zdi laboratorní chladničky 65 cm
- ✓ maximální přípustná šířka při otevřených dveřích s madlem laboratorní chladničky 65 cm
- ✓ laboratorní chladnička musí mít prosklené dveře, možnost záměny strany otvírání výhodou
- ✓ laboratorní chladnička musí mít minimálně tři kusy nastavitelných polic
- ✓ laboratorní chladnička musí mít optický a akustický alarm při překročení teploty a otevření dveří
- ✓ laboratorní chladnička musí mít průchodku pro externí čidlo měření teploty
- ✓ laboratorní chladnička musí mít dynamický systém chlazení
- ✓ laboratorní chladnička musí mít ventilátor
- ✓ laboratorní chladnička musí mít automatický způsob odmrazování
- ✓ laboratorní chladnička musí mít vnější ukazatel teploty interiéru
- ✓ laboratorní chladnička musí mít zámek
- ✓ laboratorní chladnička musí mít výškově nastavitelné nohy
- ✓ zajištění pravidelné PBTk, po dobu záruky zdarma

#### **4. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude předána v originále v jednom vyhotovení.

Nabídky podávejte nejpozději do **29. 5. 2018 do 10:00 hodin** v uzavřených obálcích označených názvem veřejné zakázky „**Laboratorní chladničky**“ a upozorněním „**NEOTEVÍRAT**“ na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc  
Oddělení veřejných zakázek  
I. P. Pavlova 185/ 6  
779 00 Olomouc

#### **5. Místo a doba plnění**

Fakultní nemocnice Olomouc – II. Interní klinika, Oddělení geriatric a Neurologická klinika  
předpoklad realizace: 7/2018

#### **6. Hodnotící kritéria**

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

**U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah  $\pm 10\%$**

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

#### **7. Obchodní podmínky**

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě



o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Spotřební materiál potřebný v rámci pravidelných preventivních prohlídek.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

#### 8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ CE a prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ seznam referenčních zakázek nabízených chladniček v ČR formou čestného prohlášení,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce
- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání bez DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu apod.
- ✓ nabídky se podávají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, příp. jiném vhodném datovém nosiči. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky malého rozsahu. **Nabídka v elektronické podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči musí obsahovat vyplněné návrhy smlouvy bez podpisů ve formátu .doc nebo .docx.**

#### 9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu,
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

.....  
MUDr. Eleni Mikušková

náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková  
náměstkyně léčebné péče  
Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb

Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek