

## Technické požadavky k VZMR "Křesla pro kardiaky"

| technické požadavky   | ANO / NE | poznámky |
|---|----------|----------|
| • 45 ks pojízdného křesla pro kardiaky pevné kovové konstrukce opatřené povrchovou úpravou (GER, I. IK, II. IK, III. IK, KARIM) |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí být určeno pro dosažení optimální odpočinkové pozice kardiologických pacientů                        |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí být tři segmentové (nožní, sedací a zádoový díl)   |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít polohovatelné zádoové opěradlo pomocí plynové pístnice   |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít polohovací podnožník   |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít sklopné područky s aretací opatřené kvalitním čalouněním   |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít tlačné madlo v zadní části zádoové opěradla umožňující snadnou manipulaci                        |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí být vybaveno brzditelnými kolečky o průměru minimálně 75 mm  |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít minimální nosnost 150 kg   |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít kvalitní, anatomicky tvarované čalounění o minimální výšce 5 cm odolné běžné dezinfekci          |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí mít kvalitní omyvatelný potah čalounění zdravotnickou koženkou odolnou běžné dezinfekci              |          |          |
| • křeslo pro kardiaky musí být označeno CE a musí být klasifikováno dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC |          |          |
| • zajištění pravidelné PBTk po dobu záruky zdarma   |          |          |
| • jednoduchá obsluha, snadná údržba a hygienické čištění  |          |          |
| • délka záruky  |          |          |