

V Olomouci 23.5.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Laboratorní chladničky“

Dotaz:
máme dotaz k požadavkům na servis k předmětu veřejné zakázky.

Přístroje, které jsou standardně na trhu a splňují Vaše požadavky, nejsou zdravotnické prostředky a nespádají pod ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. Navíc provádění pravidelného servisu a BTK výrobci nedoporučují.

S ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky doporučujeme zadavateli:
- provádět 1 x ročně validaci, která ověří přesnost fungování přístroje
- požadovat prodlouženou záruku v délce 60 měsíců.

S ohledem na shora uvedené žádám o zadavatele o úpravu zadávací dokumentace a výmaz požadavků, které zbytečně navyšují cenu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na podmínkách stanovených v zadávací dokumentaci. Pokud dodavatel nabízí laboratorní chladničky, kde nejsou výrobcem nebo platnou legislativou vyžadovány periodické bezpečnostní technické kontroly (PBTK), tak tyto PBTK neoceňuje a tuto skutečnost uvede ve své nabídce.