

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany**  
**odbor nabývání movitého majetku**  
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp.zn.: 39202-38/2017-1350

Praha 24. května 2018

Výtisk jediný!

Počet listů: 2

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5 v části veřejné zakázky č. 2 – Vysokotlaký kapalinový chromatograf HPLC v nadlimitní veřejné zakázce „Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních a mobilních laboratořích VZÚ – I. etapa - nákup“**

Vážení dodavatelé,

dne 23. května 2018 byly zadavateli doručeny dotazy k zadávací dokumentaci, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost o vysvětlení“) **týkající se části veřejné zakázky č. 2 – Vysokotlaký kapalinový chromatograf HPLC nadlimitní veřejné zakázky „Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních a mobilních laboratořích VZÚ – I. etapa - nákup“** zadávané v otevřeném řízení dle § 56 a souv. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-013398 a Úředním věstníku Evropské unie.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD) byla zadavateli doručena ve stanovené lhůtě dle § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona.**

**Dotaz č.1:**

*Ve specifikaci uvádíte, že požadujete odplyňovací jednotku (vakuový degazér) integrovaný v čerpadle. Je možné nabídnout vakuový degazér jako externí modul, který pracuje na stejném principu jako ten integrovaný a navíc je 5ti- kanálový, aby odplyňoval také rozpouštědlo používané pro oplach jehly v autosampleru?*


**Dotaz č.2:**

*Ve specifikaci uvádíte, že požadujete rozsah nástřiku automatického dávkovače 0,1 - 5000 pl. Možnost nástřiku tak vysokého objemu vzorku není u analýzy PAH potřebný. Takto velký objem nástřiku se využívá spíše u preparativních HPLC, u systémů s pracovním tlakem do 70 MPa je doporučovaný nástřik maximálně 2000 pl. Můžeme nabídnout nástřik automatického dávkovače v rozmezí 0,1 - 2000 µl?*

**Vysvětlení dle § 98 zákona (odpověď):**

**K dotazu č. 1**


Zadavatel mimo jiné trvá i na svém požadavku specifikovaném v příloze č. 1b) ZD – OPRAVA č. 2 vztahujícímu se k části veřejné zakázky č. 2 - Vysokotlaký kapalinový chromatograf HPLC, tzn., že trvá na požadavku **„odplyňovací jednotka (vakuový degazér) 4 kanálový, integrovaný v čerpadle“** a tedy mj. i tyto požadavky musí být splněny.



**K dotazu č. 2**

Zadavatel již v předchozím uveřejněném „**Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2**“ provedl změnu technického parametru, týkajícího se rozsahu nástřiku automatického dávkovače, a to na **hodnotu 0,1 - 1500 µl**.

**Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neprovedl v rámci tohoto vysvětlení změnu ani doplnění zadávací dokumentace, neprodluhuje proto ani lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 7. 2. ZD (lhůta pro podání nabídek byla prodloužena na základě podaného Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 4 do 28. 6. 2018 do 10:00 hodin). Tím zůstává v platnosti lhůta pro podání nabídek do 28. 6. 2018 do 10:00 hodin a rovněž zůstává v platnosti stanovený způsob otevírání nabídek uvedený v bodě 7. 3. ZD.**

  
Mgr. Kateřina Havlíčková  
ředitelka  
Ing. Michal Pele  
v zastoupení