

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané v otevřeném řízení

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „**zákon**“)

## Paraziti - Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem 24 hodin denně na: <https://www.tenderarena.cz/profil/PRFUK>

Číslo veřejné zakázky zadavatele VZ/18/202

Veřejná zakázka je součástí projektu „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_019/0000759, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

**OBSAH:**

1. INFORMACE O ZADAVATELI .....	3
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	4
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ .....	4
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ .....	4
6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI .....	4
7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	5
8. SMLUVNÍ PODMÍNKY.....	5
9. ZADÁVACÍ LHŮTA .....	6
10. JISTOTA .....	6
11. NABÍDKOVÁ CENA .....	6
12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK .....	7
13. NABÍDKA .....	9
14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	11
15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM .....	12
16. OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE .....	12
17. PRŮZKUM TRHU .....	14

## 1. INFORMACE O ZADAVATELI

Základní údaje

název: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**  
sídlo: Albertov 2038/6, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 43  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
zástupce: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., vedoucí katedry parazitologie  
(dále jen „zadavatel“)

## 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum.

#### Stručný popis přístroje:

Jedná se o fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole, vč. příslušného software a počítače.

#### CPV kód

**38634000-8 – optické mikroskopy**

- 2.2. Vedle obecného popisu předmětu plnění uvádí zadavatel v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace podrobnější informace o předmětu plnění a technické podmínky na předmět plnění formou stanovení absolutních (minimálních) technických požadavků.
- 2.3. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné řešení, bude vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci instalace a převzetí předmětu plnění. Zadavatel připouští nabídnutí lepších než minimálních parametrů, vlastností či funkcí.
- 2.4. Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nový a dosud nepoužívaný přístroj. Zadavatel nepřipouští nabídku použitých či repasovaných přístrojů, a to už jako celku, či jednotlivých částí.
- 2.5. Veškeré nabízené výrobky, které budou předmětem dodávky, musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, což uvádí v technických podmínkách u každého takového odkazu.

### 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena ve výši

**1 577 395 Kč bez DPH.**

Nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku.

### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

#### 4.1. Termín plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v termínu uvedeném v bodu 6.1 návrhu kupní smlouvy, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

#### 4.2. Místo plnění

Místo plnění je uvedeno v bodě 7 návrhu kupní smlouvy, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

### 5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění.

### 6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

6.1. Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace účastníka zadávacího řízení, a to v níže uvedeném rozsahu a formě:

- základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona a
- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii a může je v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahradit **čestným prohlášením** nebo **jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky** podle § 87 zákona. Pouze až vybraný dodavatel bude v souladu s § 86 odst. 3 zákona povinen zadavateli předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel však nebrání, aby kterýkoli dodavatel na základě své vůle předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci již do nabídky.



- 6.2. Za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního kritéria zadavatel požaduje doložit seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V seznamu dodavatel uvede minimálně **DVĚ významné dodávky**, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně **500 000 Kč bez DPH u každé dodávky**; seznam bude mít náležitosti podle tabulky v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku **fluorescenčního zoom mikroskopu pro velká pole / fluorescenčního motorizovaného stereomikroskopu** byť i s odlišnými parametry než uvedenými v této zadávací dokumentaci. Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

### 6.3. **Změny v kvalifikaci**

Účastník zadávacího řízení je povinen změnu v kvalifikaci oznámit zadavateli v souladu s § 88 zákona.

## 7. **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### 7.1. **Vysvětlení zadávací dokumentace**

- 7.1.1. Dodavatelé jsou oprávněni podle § 98 odst. 3 zákona písemně požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace.
- 7.1.2. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají v českém nebo anglickém jazyce prostřednictvím profilu zadavatele - <https://www.tenderarena.cz/profil/PRFUK>.
- 7.1.3. Zadavatel zadávací dokumentaci vysvětlí postupem podle § 98 zákona včetně zveřejnění přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele.

### 7.2. **Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 zákona.

## 8. **SMLUVNÍ PODMÍNKY**

- 8.1. Smluvní, obchodní a platební podmínky realizace veřejné zakázky jsou vymezeny ve formě závazného textu návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“).

- 8.2. Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků zadavatele uvedených v návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění, není-li v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Údaje, jež je dodavatel povinen doplnit, jsou v návrhu smlouvy vyznačeny: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ]" či podobnou instrukcí.
- 8.3. Dodavatel není oprávněn měnit v textu závazného vzoru smlouvy jakékoli zadavatelem uvedené údaje s výjimkou ustanovení, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Dodavatel však není oprávněn měnit rozsah práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
- 8.4. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli, jakož i v případě podání nabídky zahraničním dodavatelem či dodavateli, je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy pouze a výhradně s ohledem na tyto skutečnosti.
- 8.5. Veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako závazné a obligatorní.

## **9. ZADÁVACÍ LHŮTA**

Zadavatel nestanovuje ve smyslu ustanovení § 40 zákona lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

## **10. JISTOTA**

Zadavatel nepožaduje ve smyslu ustanovení § 41 zákona poskytnutí jistoty.

## **11. NABÍDKOVÁ CENA**

### **11.1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatků, vedlejších nákladů např. kurzovních vlivů, obecného vývoje cen, zvýšených nákladů vyplývajících z obchodních podmínek apod.) absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu dané veřejné zakázky, a to v členění:

- celková nabídková cena v Kč bez DPH,
- procentní sazba DPH a výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou zadavatelem. Nabídková cena je úplná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci veřejné zakázky v daném místě a čase. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, činnosti a dodávky potřebné ke splnění předmětu veřejné zakázky a bude obsahovat rovněž veškeré náklady (přepravné, pojistné apod.) nutné pro veškeré činnosti související s provedením, instalací, uvedením do provozu odzkoušením, předáním a převzetím předmětu dodávky.

#### 11.2. Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Jestliže bude mít zadavatel podezření, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 zákona, lze ji doplňovat a vznést opakovaně.

Zadavatel je oprávněn v souladu s ust. § 48 odst. 4 zákona vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenou a pokud nebude účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

### 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

**Ekonomická výhodnost bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 zákona podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny (váha 85 %) a kvality (váha 15 %).**

#### I. Výše nabídkové ceny:

Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH.

Způsob zpracování nabídkové ceny je uveden v čl. 11.1 této zadávací dokumentace. Bodové rozmezí pro přidělování bodů nabídkám pro kritérium výše nabídkové ceny je 0 - 85 bodů. Bodová hodnota nabídek se vypočte dle vzorce:

$85 \cdot (\text{nejnižší nabídková cena v Kč} / \text{nabídková cena hodnocené nabídky v Kč})$

#### II. Kritéria kvality:

Kritéria kvality budou posuzována podle následujících pravidel hodnocení.

Každé kritérium kvality má přiděleno bodové hodnoty udělené při naplnění minimální definované specifikace. Může nastat pouze jediná možnost pro každé kritérium. Body za jednotlivá kritéria se sčítají. Maximální možný součet bodů za všechna kritéria kvality je 15 bodů.

##### **Kritérium 1. Rozdílná apertura optických kanálů**

Maximální bodová hodnota – 2 body

Varianty	Počet přidělených bodů
Stejná numerická apertura levého a pravého optického kanálu	0



Rozdílná apertura levého a pravého optického kanálu	2
---	---

**Kritérium 2. Excitační záření vedeno třetí optickou cestou, nezávislou na obou pozorovacích cestách**

Maximální bodová hodnota – 2 body

Varianty	Počet přidělených bodů
Excitační záření vedeno stejnou optickou trasou jako záření emisní	0
Excitační záření vedeno oddělenou optickou cestou	2

**Kritérium 3. Kvalita snímání kamerou - rozlišení snímku, dynamický rozsah a barevná hloubka**

Maximální bodová hodnota – 9 bodů

Varianty	Počet přidělených bodů
Rozlišení snímku = 5.8 MPix	0
Rozlišení snímku > 5.8 MPix a < 10 MPix	1
Rozlišení snímku ≥ 10 MPix a < 20 MPix	2
Rozlišení snímku ≥ 20 MPix	3
Dynamický rozsah = 1:3000	0
Dynamický rozsah > 1:3000 a < 1:3500	1
Dynamický rozsah ≥ 1:3500 a < 1:4000	2
Dynamický rozsah ≥ 1:4000	3
Barevná hloubka = 36 bit	0
Barevná hloubka > 36 bit a < 42 bit	1
Barevná hloubka ≥ 42 bit a < 48 bit	2
Barevná hloubka ≥ 48 bit	3

**Kritérium 4. Motorizace polní clony**

Maximální bodová hodnota – 2 body

Varianty	Počet přidělených bodů
Přístroj má pouze kódovanou aperturní clonu	0
Přístroj má kódovanou motorizovanou aperturní clonu	2

**III. Hodnocení nabídek**

Hodnocení nabídek provede zadavatel níže uvedeným způsobem:

Body budou udělovány podle splnění definovaných specifikací pro každé kritérium kvality zvlášť.

Body získané za jednotlivá kritéria kvality budou sečteny. V součtu může být uděleno maximálně 15 bodů za všechna kritéria.

Hodnocená kritéria kvality musí být dodavatelem uvedena v dokumentu „Absolutní (minimální) technické požadavky“ – tj. v příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle obou dílčích hodnotících kritérií (výše nabídkové ceny a kritéria kvality) budou sečtena a na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že seřadí nabídky dodavatelů sestupně od nejvyššího počtu obdržených bodů (maximum je 100 bodů) k nejnižšímu počtu obdržených bodů, čímž bude určené pořadí dodavatelů v rámci hodnocení a jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka za zadávacího řízení.

### 13. NABÍDKA

13.1. Nabídky se podávají v:

- a) elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje <https://www.tenderarena.cz/profil/PRFUK>
- b) listinné podobě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem či podpisem účastníka zadávacího řízení, je-li fyzickou osobou, nebo razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, je-li právnickou osobou, nebo jinou vhodnou formou (např. pečeti), výrazně označené nápisem „**Veřejná zakázka: Parazit - Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole**“, a uvedením výzvy „**NEOTEVÍRAT!**“. Pokud rozsah nabídky přesáhne přiměřený rámec jedné obálky, bude každá obálka obsahovat údaj o pořadovém čísle obálky z jejich celkového počtu.

13.2. Nabídka musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce či v jejich kombinaci (výjimku tvoří kupní smlouva, která musí být v českém jazyce) a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

13.3. Účastník zadávacího řízení v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem zadávacího řízení a dodavatelem včetně uvedení e-mailového a telefonního kontaktu této osoby.

13.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

13.5. Pokud účastník zadávacího řízení předloží nabídku v listinné podobě, zadavatel doporučuje, aby nabídka byla ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem „Originál“ a další ponese označení „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnutí a přepisů. V případě rozporů či nesrovnalostí mezi jednotlivými výtisky nabídky je rozhodné znění označené jako „Originál“.



- 13.6. K vyhotovení nabídky v listinné podobě označené jako „Originál“ zadavatel účastníkovi zadávacího řízení doporučuje přiložit **nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD, přičemž samostatnou přílohou bude návrh smlouvy v elektronické podobě** ve formátu „.docx/.doc“ textového editoru MS Word.
- 13.7. **Nabídka musí obsahovat** následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená struktura nabídky má pouze doporučující charakter:
- a. vyplněný krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů účastníka zadávacího řízení a nabídkové ceny;
  - b. smlouva, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (dle bodu 13.12. této zadávací dokumentace);
  - c. doklady a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (§ 83 odst. 1 písm. d) zákona) (pokud taková situace nastane);
  - d. doklady k prokázání kvalifikace;
  - e. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, doplněný o všechny zadavatelem požadované náležitosti;
  - f. vyplněný formulář „Absolutní (minimální) technické požadavky“ uvedený v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, který bude tvořit přílohu č. 1 návrhu smlouvy (tj. účastník zadávacího řízení nemusí dokládat vyplněný formulář jako samostatný dokument do nabídky, čili duplicitně);
  - g. specifikace nabízeného zařízení k prokázání způsobu naplnění absolutních (minimálních) parametrů, která bude tvořit přílohu č. 2 návrhu smlouvy (tj. účastník zadávacího řízení nemusí dokládat specifikaci jako samostatný dokument do nabídky, čili duplicitně);
  - h. zadavatel doporučuje přiložení oficiální technické specifikace výrobce k požadovaným parametrům;
  - i. další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované ze zákona či zadavatelem v této zadávací dokumentaci;
- 13.8. K údajům a dokumentům, které nejsou stanoveny jako povinný obsah nabídky podle předchozího ustanovení, bude zadavatel přihlížet jen v případě, kdy bude ve smyslu § 39 odst. 5 druhá věta zákona ověřovat údaje a dokumenty povinně předkládané.
- 13.9. Veškerá prohlášení účastníka zadávacího řízení, doložená v nabídce, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

- 13.10. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 13.11. **Další požadavky zadavatele na nabídku**
- 13.11.1. Dodavatel může podle § 107 odst. 3 zákona podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 13.11.2. Zadavatel ve smyslu § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 13.12. **Požadavky na společnou nabídku**
- 13.12.1. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka zadávacího řízení.
- 13.12.2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## **14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

- 14.1. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek jsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a dále na profilu zadavatele.
- 14.2. Nabídku v elektronické podobě je možné podat pomocí certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na <https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK>, pomocí funkcionality (tlačítka) „Podat nabídku“, v sekci Nabídky.
- Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://www.tenderarena.cz/profily/PRFUK>
- 14.3. Nabídku v listinné podobě je možné podat na adresu sídla poradce zadavatele: CGB – Consult, s.r.o., Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí, a to buď osobně, kurýrní službou, nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

- 14.4. **Za rozhodné datum se považuje:**
- a) při doručení prostřednictvím elektronického nástroje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
  - b) při doručení nabídky v listinné podobě okamžik doručení nabídky do sídla administrátora veřejné zakázky: CGB – Consult, s.r.o., Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí.
- 14.5. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení. Zástupce účastníka zadávacího řízení se prokáže průkazem totožnosti a dále plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat, pokud sám není osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat.
- 15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM**
- 15.1. Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.
- 15.2. Podrobnosti pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem obsahuje § 211 zákona.
- 15.3. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem český nebo anglický jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy.
- 16. OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE**
- 16.1. Zadávací dokumentace včetně příloh je podkladem pro podání nabídek a obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků, obchodních a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- 16.2. Zadavatel si vyhrazuje právo vysvětlit, dodatečně změnit, doplnit či upravit zadávací podmínky.
- 16.3. Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce a zadávací dokumentace včetně všech příloh se vzájemně doplňují a je třeba je vykládat ve vzájemných souvislostech, přičemž oznámení o zakázce má aplikační přednost. Zadávací podmínky jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné.
- 16.4. Lhůty v této zadávací dokumentaci uvedené v hodinách jsou stanoveny v místním čase v České republice.
- 16.5. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují



závazné požadavky zadavatele, tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky.

- 16.6. Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník zadávacího řízení přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky této veřejné zakázky včetně případných dodatečných vysvětlení zadávací dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se zákonem. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci (vyjma čistě formálních požadavků) bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.
- 16.7. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.
- 16.8. Zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli opomenutí nebo chybné informace vztahující se k tomuto zadávacímu řízení získané dodavatelem z jiných pramenů než ze zadávací dokumentace, případně jejího doplnění, a vysvětlení získaných od zadavatele v souladu se zákonem.
- 16.9. Zadavatel upozorňuje na své právo podle § 46 zákona požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely.
- 16.10. Za důvěrné se podle § 218 zákona považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
- a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,
  - b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
- Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
- Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.
- 16.11. Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
- 16.12. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky nebo jakékoli podklady poskytnuté v souvislosti s nabídkou. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako

součást dokumentace o veřejné zakázce.

- 16.13. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob (např. u výrobce, odborníků, znalců) a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
- 16.14. Zadavatel se rozhodl v souladu s § 43 zákona nechat se zastoupit při provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením poradcem CGB – Consult, s.r.o., Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí. Poradce přitom splňuje požadavek nepodjatosti ve smyslu zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Poradci zadavatele však není uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o námitkách. Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou výše uvedených úkonů.

## 17. Průzkum trhu

Zadavatel v rámci průzkumu trhu oslovil tyto potenciální dodavatele:

- Carl Zeiss spol. s r.o.
- Nikon CEE GmbH, odštěpný závod
- Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
- Pragolab s.r.o.

Na základě průzkumu byla stanovena

- a) předpokládaná hodnota
- b) doba dodání
- c) délka záruční doby.

V Příloze č. 5 této zadávací dokumentace je oslovení společností k účasti v průzkumu trhu a vyhodnocení odpovědí.

## PŘÍLOHY

Součástí této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu


Příloha č. 2 – Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele

Příloha č. 4 – Sada vzorových dokumentů o splnění kvalifikace

Příloha č. 5 – Oslovení dodavatelů k účasti v rámci průzkumu trhu a vyhodnocení odpovědí

V Praze dne 10.5.2018

  
doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.  
vedoucí katedry parazitologie



KRYCÍ LIST NABÍDKY					
Název	Paraziti – Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole				
Zadavatel:					
Název:	Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta				
Sídlo:	Albertov 2038/6, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 43				
IČO:	002 16 208				
Zástupce:	doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., vedoucí katedry parazitologie				
Dodavatel:					
Název:	[vyplní účastník zadávacího řízení]				
Sídlo:	[vyplní účastník zadávacího řízení]				
IČO:	[vyplní účastník zadávacího řízení]	DIČ:	[vyplní účastník zadávacího řízení]		
Zástupce / zástupci dodavatele:	[vyplní účastník zadávacího řízení]				
Telefon	[vyplní účastník zadávacího řízení]	Email:	[vyplní účastník zadávacího řízení]		
Nabídková cena v Kč bez DPH	[vyplní účastník zadávacího řízení]	Sazba DPH v Kč	[vyplní účastník zadávacího řízení]	Nabídková cena v Kč s DPH	[vyplní účastník zadávacího řízení]
Dodavatel prohlašuje, že zadávacího řízení se neúčastní obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to ani jako poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.					
Dodavatel je malým či středním podnikem: ANO - NE*					
* [platnou variantu vybere účastník zadávacího řízení]					
Podpis oprávněné osoby:	.....		Razítko		
Titul, jméno, příjmení	[vyplní účastník zadávacího řízení]		Funkce	[vyplní účastník zadávacího řízení]	

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

**Závazný vzor smlouvy**

(tvoří samostatný dokument)

**Specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Paraziti – Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole**“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Základní popis přístroje viz bod 3.1 zadávací dokumentace.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje a dodržení specifikovaných parametrů přístroje instalace a akceptace zařízení.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení. Pokud do některého řádku neuvede ANO (tj. informaci, že přístroj požadovaný parametr splňuje), bude ze zadávacího řízení vyloučen. Obdobně bude zadavatel postupovat, pokud účastník zadávacího řízení některý řádek ponechá nevyplněný.

Vedle prokázání splnění minimálních požadavků je účastník zadávacího řízení povinen detailně popsat svůj návrh řešení (tj. technickou specifikaci plnění a specifikaci parametrů přístroje) tak, aby bylo možné ověřit údaje uvedené v této příloze, a předmět nabídky byl určitý. Popis řešení se stane přílohou č. 2 návrhu smlouvy.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovnocenné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

**Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:**



<b>Absolutní (minimální) technické požadavky</b> <b>Paraziti - Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole</b>			
	<b>Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů</b>	<b>Dodavatel splňuje ANO/NE</b>	<b>Případná specifikace nabízeného produktu<sup>1</sup></b>
1.	<b>Motorizovaný kódovaný zoom</b> s rozsahem minimálně 20:1, všechny prvky optické cesty s apochromatickou korekcí, tělo mikroskopu opatřeno informačním displejem	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
2.	<b>Ergonomický trinokulární naklápěcí tubus</b> s úhlem max. 30° s přepínáním 100%/0% a 0%/100% mezi kamerou a okuláry	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
3.	<b>Výměnný planapochromatický objektiv</b> se zvětšením 1x a N.A. alespoň 0.100, pracovní vzdáleností min. 56 mm a rozlišením min. 525 lp/mm, rozsah celkového zvětšení min. 7.8-160x	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
4.	<b>Okuláry</b> (2 ks) se zvětšením 10x, oba s dioptrickou korekcí a zorným polem min. 23 mm.	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
5.	Zabudovaná kódovaná <b>aperturní clona</b> .	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
6.	<b>Motorizovaný X/Y stolek a motorizovaný pohyb v ose Z</b> s externím koaxiálním ovládáním X,Y a ovládáním ostření, s rychlostí posunu min. 30 mm/s a přesností min. 2 µm.	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
7.	<b>Druhý externí ovladač</b> pro všechny motorizované a automatizované funkce s dotykovým barevným displejem, koaxiálním programovatelným ovladačem a programovatelnými tlačítky	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
8.	<b>Transmisní LED osvětlení</b> s procházejícím světlem a nastavitelnou intenzitou. Možnost kontinuálního přechodu mezi světlým polem, tmavým polem a reliéfním kontrastem. Možnost nastavení intenzity osvětlení přes SW. <b>Dopadající LED kruhové osvětlení</b> se segmentovým ovládáním a osvětlení typu „Husí krky“ napájených a připojených přímo na mikroskopu. Možnost ovládání všeho osvětlení přímo na tělese osvětlení, přes SW a přes externí ovladač s displejem. Nastavení intenzity dopadajícího i procházejícího osvětlení a kontrastních metod uloženo jako metadata spolu s _____	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]

<sup>1</sup> Dodavatel uvede specifikaci parametrů do samostatné kapitoly své nabídky

	pořízenými snímky, které může být opět vyvoláno.		
9.	<b>Epi-fluorescence</b> s motorizovaným, kódovaným měničem fluorescenčních filtrů (s možností manuálního přepínání) s minimálně čtyřmi pozicemi, automatickou detekcí vloženého filtru a motorizovanou regulací intenzity fluorescence, úzkopásmové filtry pro DAPI, GFP a RFP.	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
10.	Zadavatel nepožaduje konkrétní typ <b>fluorescenčního zdroje</b> , ale jeho průměrnou životnost alespoň 2000 h, výkon min. 120 W, excitační píky v GFP a RFP oblasti a plynulé nastavení intenzity ovládané pomocí software.	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
11.	<b>Barevná kamera</b> s rozlišením snímku alespoň 5.8 Mpix, velikost pixelu min. 5.8 $\mu\text{m}$ x 5.8 $\mu\text{m}$ plně kompatibilní s mikroskopem i řídícím software zajišťujícím řádně všechny funkce mikroskopu, s připojením na PC pomocí USB 3.0 rozhraní (pro 64 bit. PC). Rychlost snímání alespoň 15 fps při plném rozlišení. V případě CCD kamery možnost binning alespoň 2x2. Expoziční čas v rozpětí alespoň 1 ms – 5s. Minimální velikost čipu kamery 1/1.2", kvantová účinnost min. 74 % a dynamický rozsah min. 1:3000, barevná hloubka min. 36 bit (3x12)	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]
12.	Kvalitní <b>software pro analýzu obrazu, který musí splňovat minimálně následující požadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plné ovládání motorizovaných částí mikroskopu a kamery a kompletní nastavení parametrů snímání v procházejícím i fluorescenčním světle</li> <li>- nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání</li> <li>- automatické vytvoření protokolu pro opakující se činnosti (nastavení předdefinovaných profilů snímání), automatické ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače</li> <li>- vyvolání shodného nastavení snímku dle uložených snímků</li> <li>- základní metody zpracování snímků jako je vkládání měřítka, kreslení do snímků, vkládání textů a grafických symbolů, základní manuální měření a počítání objektů</li> <li>- ukládání metadat, možnost hromadného zpracování dat včetně exportu vybraných souborů do jiného formátu (např. tiff, jpeg apod.), který lze zpracovat pomocí jiných softwarů pro zpracování obrazu a export dat do MS Excel</li> <li>- možnost vytvoření přehledových snímků celé skenované oblasti</li> <li>- automatická detekce objektů v přehledovém snímku k efektivnímu snímání</li> </ul>	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- možnost skenování vzorků ve volně definovaných kanálech (specifikovaných technikou kontrastu a parametry pořízení) včetně skládání v ose x, y a z</li> <li>- možnost definovat v jednom projektu skenování v osách x, y, z v různých kanálech a v čase. Možnost definice více kanálů pro každý experiment.</li> <li>- výběr algoritmů pro způsob skládání zorných polí</li> <li>- možnost vyhlazení hran mezi sousedními snímky</li> <li>- automatické skládání snímků s vysokou hloubkou ostrosti z nasnímaných snímků pořízených v různých rovinách ostrosti</li> <li>- možnost pořizování časosběrných záběrů</li> <li>- SW autofokus</li> <li>- offline licence pro zpracování dat na jiném PC, včetně všech modulů jako na hlavní licenci, nebo licence uložené na USB klíči a přenosné na jiný počítač</li> </ul>		
13.	<b>PC</b> s pamětí alespoň 3 TB v RAID 1, disk s 64bit. OS (v anglické verzi), <b>monitor</b> min. 32“, omyvatelná voděodolná <b>klávesnice</b> s ochranou proti bakteriím a patogenům v čistém prostředí a omyvatelná <b>PC myš</b> .	[vyplní dodavatel]	[vyplní dodavatel]

**Údaje pro hodnocení dle čl. 12 zadávací dokumentace:**

<u>Hodnocené kritérium</u>	<u>Nabízená hodnota</u>
	[dodavatel vybere z nabízených možností, případně uvede nabízenou hodnotu]
1. Rozdílná apertura optických kanálů	Stejná numerická apertura levého a pravého optického kanálu / Rozdílná apertura levého a pravého optického kanálu
2. Excitační záření vedeno třetí optickou cestou, nezávislou na obou pozorovacích cestách	Excitační záření vedeno stejnou optickou trasou jako záření emisní / Excitační záření vedeno oddělenou optickou cestou
3. Kvalita snímání kamerou <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozlišení snímku</li> <li>- dynamický rozsah</li> <li>- barevná hloubka</li> </ul>	[vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel] [vyplní dodavatel]
4. Motorizace polní clony	Přístroj má pouze kódovanou aperturní clonu / Přístroj má kódovanou motorizovanou aperturní clonu

### **Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti**

**Název veřejné zakázky:** [vyplní účastník zadávacího řízení]

Já, jako níže podepsaný statutární orgán čestně prohlašuji, že dodavatel (*obchodní firma nebo název včetně právní formy, nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, IČO*):

1. **splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), neboť není dodavatelem:
  - a. který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
  - b. který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  - c. který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  - d. který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  - e. který je v likvidaci podle § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
  - f. proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
  - g. vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

**přičemž čestně prohlašuji, že výše uvedenou základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňují i osoby uvedené v § 74 odst. 2 a 3 zákona;**
2. **splňuje profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona,** neboť je dodavatelem, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
[doplnit obchodní firmu],

[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele]

[doplnit funkci]

## Doklad o splnění technické kvalifikace

Název veřejné zakázky:

[vyplní účastník zadávacího řízení]

**Seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech**  
**dodavatele** (obchodní firma nebo název včetně právní formy, nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, IČO):

Poř. Číslo		Významná dodávka č. 1	Významná dodávka č. 2
1.	Objednatel		
2.	Označení významné dodávky		
3.	Předmět dodávky podle technické kvalifikace uvedené v čl. 6 zadávací dokumentace		
4.	Cena dodávky v Kč bez DPH		
5.	Pokud bylo předmětem plnění více dodávek či služeb, uveďte cenu za předmět dodávky, který je uveden v technické kvalifikaci v čl. 6 zadávací dokumentace		
6.	Termín realizace od - do		

### Nepovinné upřesňující údaje

7.	Kontakt na objednatele, který poskytl osvědčení		
----	---	--	--

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 2018

.....

[doplnit obchodní firmu],

[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele]

[doplnit funkci]

Příloha č. 5 zadávací dokumentace  
**Oslovení dodavatelů k účasti v rámci průzkumu trhu a vyhodnocení odpovědí**

Oslovení dodavatelů:

Vážení,

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „PřF“) očekává, že bude příjemcem dotace v rámci operačního programu OP VVV. V této souvislosti provádí PřF v současné době průzkum trhu s cílem zjistit podrobnější informace k tomu, aby mohla upřesnit a blíže formulovat svoje požadavky na poptávaný přístroj a následně uvedené informace uplatnit při formulaci předmětu a podmínek plnění v rámci zvažované veřejné zakázky.

Ačkoliv se v daném okamžiku pravděpodobně nejedná o výsledný popis požadovaného předmětu plnění, jenž bude předmětem veřejné zakázky, má PřF za to, že lze, alespoň v obecnějších rysech, mít představu o požadovaném plnění.

Popis poptávaného přístroje naleznete v příloze tohoto e-mailu. **Prosíme o zaslání cenové nabídky a případně sdělení dalších informací, které považujete za relevantní a podstatné.**

Současně si dovoluujeme Vás informovat, že výstupy z průzkumu trhu budou součástí zadávací dokumentace (nikoli však Vaše konkrétní odpovědi).

Děkujeme předem, pokud si najdete chvíli na odpověď na tento e-mail. Dovolili bychom si Vás požádat pokud možno o včasnou reakci na tento náš dopis.

S přáním hezkého dne

Vyhodnocení odpovědí:

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 577 395,-**

**Doba dodání od účinnosti smlouvy: 10 týdnů**

**Záruka: 2 roky**