



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 20. 6. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-SPRP-22/INV/2018
Vyřizuje/linka: Věra Hejnová / 337
E-mail: hejnova.v@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám **doplnění** zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel dne 8. 6. 2018 obdržel e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů v tomto znění (*na kterou v rámci Vysvětlení/Změny/Doplnění zadávací dokumentace č. 4 neodpověděl*):

Znění žádosti:

Vážená paní, zasílám:

*Vznášíme dotaz k zakázce „Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí n.L.“
Evidenční číslo zakázky – přidělené zadavatelem: VZ-SPRP-22/INV/2018*

V souboru „Priloha_c._2.1_ZD_Soupis_dodavek_pro_cast_1_nabytek“

- p. č. 1, kód k214 - laboratorní stůl oboustranný*
- prosíme o upřesnění - specifikaci co je myšleno pracovní plocha s celokeramická deska + jaká má být chemická odolnost, např. proti kyselinám, louhům, rozpouštědlům, atd.*
- p. č. 2, kód k213 - laboratorní stůl jednostranný*
- prosíme o upřesnění - specifikaci co je myšleno pracovní plocha s celokeramická deska + jaká má být chemická odolnost, např. proti kyselinám, louhům, rozpouštědlům, atd.*
- p. č. 6, kód M1093 - středový tunel s výlevkou*
- prosíme o upřesnění - specifikaci, z tohoto zadání není jasné co je požadováno*
- p. č. 7, kód M1094 - koncový středový tunel*
- prosíme o dopřesnění - specifikaci, z tohoto zadání není jasné co je požadováno*

Odpověď zadavatele:

Ad 1. část: nábytek - položka p. č. 1, kód k214 - *laboratorní stůl oboustranný*


Zadavatel požaduje dodat celokeramickou desku, tj. celistvou keramickou desku, která bude minimálně odolná proti kyselinám a louhům.

Ad 1. část: nábytek - položka p. č. 2, kód k213 - *laboratorní stůl jednostranný*

Zadavatel požaduje dodat celokeramickou desku, tj. celistvou keramickou desku, která bude minimálně odolná proti kyselinám a louhům.

Ad 1. část: nábytek – položka p. č. 6, kód M1093 - *středový tunel s výlevkou*


Jedná se o tunel, kterým se v učebně vede elektřina a voda mezi žakovskými stoly. Materiál lamino (buk), kovová konstrukce tunelu upravena práškovou barvou (hnědá). Viz. obrázek níže, který má pouze ilustrační charakter. Počet požadovaných lavic a míst je uveden v soupisu dodávek pro tuto část zakázky.



Doplněná Příloha č. 2.1: Soupis dodávek pro 1. část zakázky je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Ad 1. část: nábytek – položka p. č. 7, kód M1094 - *koncový středový tunel*

Jedná se o koncový tunel, který zakončuje středový tunel obsahující rozvody elektřiny a vody mezi žakovskými stoly. Materiál lamino (buk), kovová konstrukce tunelu upravena práškovou barvou (hnědá). Viz. obrázek níže, který má pouze ilustrační charakter. Počet požadovaných lavic a míst je uveden v soupisu dodávek pro tuto část zakázky.



Doplněná Příloha č. 2.1: Soupis dodávek pro 1. část zakázky je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Zadavatel na základě tohoto doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2.1: Soupis dodávek pro 1. část zakázky) prodlužuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami následovně:

Termín podání nabídek: 11. 7. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání obálek: 11. 7. 2018 od 10:00 hod.

Úprava lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami je uvedena v Opravné zadávací dokumentaci č. 3 (podbarveno žlutě, jako jediná provedená změna) uveřejněné na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj> , dále bude rovněž zveřejněna na stránkách Věstníku veřejných zakázek formou opravného formuláře.

S pozdravem

Věra Hejnová, v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Přílohy:

1. Doplněná Příloha č. 2.1: Soupis dodávek pro 1. část zakázky