

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

**ZADAVATEL:** Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik  
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně  
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek  
IČO: 00024007

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** Dodávka a montáž 2 ks bazénových sloupových zvedáků pro ležící imobilní dětské klienty do dětské léčebny čp. 268 VESNA v Janských Lázních

**Číslo VZ:** 121/2018/ZMR

Zadavatel vylučuje dodavatele ze zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:	
Obchodní firma:	HORIZONT - NARE s.r.o.
Sídlo:	Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25867555

Odůvodnění vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel vyloučil výše uvedeného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení, jelikož nesplnil požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Konkrétně nebyl u nabízeného zboží dodržen požadovaný minimální parametr na kapacitu nabíjecích baterií, zadavatel požadoval min. 9Ah, nabízené zařízení však deklaruje 7 Ah. Dále zadavatel požadoval dodávku a montáž stacionárních zvedáků s podstavou minimálně 400 x 400 mm pro bezpečné ukotvení v podlaze, avšak nabízené zařízení nemá podstavu a je řešeno pro přemístění na kolečkách a kotvení do podlahy, což je v rozporu s požadavky zadavatele. Zadavatel požadoval minimální nosnost zařízení 160 kg, dodavatelem nabízené zařízení má maximální nosnost pouze 135 kg, což je pro provoz zadavatele neakceptovatelné. Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci, aby součástí zařízení bylo lehátko z PUR pěny, vhodné do vody a s uvedenými požadovanými vlastnostmi a parametry a také zaměnitelné za sedáky. Tento požadavek předložená nabídka také nesplňuje, v nabídce není vůbec řešeno lehátko.

V Janských Lázních dne 19.06.2018



.....  
**Mgr. Martin Voženílek**  
ředitel