



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2018-000408 s názvem:

„Inkubátory CO2“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 3ks inkubátorů CO2 se sníženou kyslíkovou atmosférou pro Centrum asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc 1 kus inkubátoru o objemu 60 l a 2 kusy inkubátorů o objemu 240 l.

3. Zadavatel rozdělil předmět zakázky do dvou samostatných částí:

- 3.1. Část I. – Inkubátor – objem 60l
- 3.2. Část II. – Inkubátory – objem 240l

Část I. – Inkubátor – objem 60l

3.1.1. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks inkubátoru CO2 se sníženou kyslíkovou atmosférou pro Centrum asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc o objemu 60 l.

3.1.2. Technické požadavky

- ✓ 1ks inkubátoru o objemu minimálně 60 litrů
- ✓ vnější velikost maximálně 510 x 540 x 720 mm
- ✓ teplotní rozsah 27-42°C
- ✓ aktivní sterilizace probíhá pomocí vlhké atmosféry - tvorba sterilní páry z externího rezervoáru, součástí je vaporizační modul pro sterilizaci při 120 °C, součástí je láhev (objem 1l) se sterilní vodou, kovovým hákem a setem pro vedení vody z externího rezervoáru
- ✓ přesnost stability teploty alespoň $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ / přesnost homogenity alespoň $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- ✓ alarm nízké a vysoké teploty
- ✓ alarm poruchy teplotního senzoru
- ✓ alarm nízké a vysoké koncentrace CO2
- ✓ alarm poruchy CO2 senzoru
- ✓ alarm koncentrace vlhkosti
- ✓ alarm otevírání dveří
- ✓ hodnoty alarmu jsou nastavitelné



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

- ✓ dual beam infračervený senzor pro kontrolu CO₂, rozsah minimálně 0-10% CO₂, stabilita alespoň $\pm 0.1\%$ CO₂
- ✓ systém pro O₂ < 21% obsahuje: galvanický senzor, rozsah minimálně 1-21% O₂, konektivita s N₂
- ✓ homogenní distribuce teploty uvnitř inkubátoru
- ✓ nezávislý šestistěnný ohřev kultivační komory
- ✓ obsahuje 3 police s možností nastavení výšky a možností vytažením pro čištění
- ✓ vnitřní dvířka se 4ks menších samostatných dvířek
- ✓ otevírání dveří doprava - panty vpravo
- ✓ možnost jednoduchého čištění vnitřních dvířek
- ✓ LCD zobrazovací displej s ovládacími prvky - tlačítky
- ✓ utěsněný vstupní otvor pro snadný přístup a instalaci externích čidel

Část II. – Inkubátory – objem 240l

3.2.1. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks inkubátorů CO₂ se sníženou kyslíkovou atmosférou pro Centrum asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc o objemu 240 l.

3.2.2. Technické požadavky

- ✓ 2 ks inkubátorů o minimálním objemu 240 litrů
- ✓ vnější velikost maximálně 780 x 935 x 835 mm
- ✓ vnitřní komora z čisté mědi
- ✓ minimálně 3 půlené police s možností nastavení výšky a vyjmutí pro očištění, materiál měď
- ✓ dělená dvířka minimálně se třemi otvory (menšími dvířky)
- ✓ teplotní rozsah minimálně 3-55°C
- ✓ konstantní vlhkost 95% \pm max.3%
- ✓ měření a regulace CO₂ v rozsahu min. 0-20% s přesností max. $\pm 0,1\%$, IR-CO₂ senzor
- ✓ IR-CO₂ plynový tester pro kontrolu koncentrace CO₂ v komoře
- ✓ měření a regulace O₂ v rozsahu min. 1-21% s přesností max. $\pm 0,2\%$
- ✓ zajištění čistoty plynů minimálně 99,5%
- ✓ usb interface pro dokumentaci
- ✓ dekontaminační program
- ✓ otevírání dveří doprava - panty vpravo

Společná ujednání

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Centrální operační sály.
předpoklad podpisu smlouvy: 8/2018



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Účastníci veřejné zakázky jsou oprávněni podat nabídku do obou či jen jedné části veřejné zakázky. Nabídka bude předána v originále v jednom vyhotovení. Účastník je v nabídce povinen uvést, zda podává nabídku do obou částí či do jedné části veřejné zakázky.

Nabídky podávejte nejpozději do 4.7.2018 do 10:00 hodin v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky „Inkubátory CO2“ a označením příslušné části (případně částí), do které uchazeč nabídku podává a upozorněním „NEOTEVÍRAT“ na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc,
Oddělení veřejných zakázek,
I. P. Pavlova 185/6,
779 00 Olomouc

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ Zajištění pravidelných revizí, PBTk, po dobu záruky zdarma
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce
- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ seznam referenčních zakázek nabízeného přístroje v ČR formou čestného prohlášení
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ Cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání bez DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, dopravy, uvedení do



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu (minimálně ve dvou termínech) a technika Oddělení nákupu a servisu a BTK dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.

- ✓ nabídky se podávají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, příp. jiném vhodném datovém nosiči. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky malého rozsahu.

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek