

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2018-000408 veřejná zakázka malého rozsahu: Inkubátory CO2, část I - Inkubátor - objem 60l

Typ přístroje:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
Inkubátor CO, objem 60l		
teplotní rozsah 27-42°C		
aktivní sterilizace probíhá pomocí vlhké atmosféry - tvorba sterilní páry z externího rezervoáru, součástí je vaporizační modul pro sterilizaci při 120 °C, součástí je láhev (1l) se sterilní vodou, kovovým hákem a setem pro vedení vody z externího rezervoáru		
přesnost stability teploty alespoň ± 0.1°C/ přesnost homogenity alespoň ± 0.3°C		
alarm nízké a vysoké teploty		
alarm poruchy teplotního senzoru		
alarm nízké a vysoké koncentrace CO2		
alarm poruchy CO2 senzoru		
alarm koncentrace vlhkosti		
alarm otevírání dveří		
hodnoty alarmu jsou nastavitelné		
dual beam infračervený senzor pro kontrolu CO2, rozsah minimálně 0-10% CO2, stabilita alespoň ± 0.1% CO2		
systém pro O2 < 21% obsahuje: galvanický senzor, rozsah minimálně 1-21% O2, konektivita s N2		
homogenní distribuce teploty uvnitř inkubátoru		
nezávislý sestistěnný ohřev kultivační komory		
obsahuje 3 police s možností nastavení výšky a možností vytažením pro čištění		
vnitřní dvířka se 4ks menších samostatných dvířek		
otevírání dveří doprava - panty vpravo		
možnost jednoduchého čištění vnitřních dvířek		
LCD zobrazovací displej s ovládacími prvky - tlačítky		
utěsněný vstupní otvor pro snadný přístup a instalaci externích čidel		
součást dodávky		
zaškolení obsluhy k používání přístrojů dle z. 268/2014 Sb. zdarma		
provádění předepsaných kontrol, revizí a validací během záruky zdarma		
záruka minimálně 24 měsíců		

