

**Splnění minimálních technických podmínek**

**VZ-2018-000408 veřejná zakázka malého rozsahu: Inkubátory CO2, část II - Inkubátory - objem 240l**

Typ přístroje:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
<b>Inkubátor CO2, objem 240l</b>		
2ks inkubátorů o minimálním objemu 240 l		
vnější velikost maximálně 780 x 935 x 835 mm		
vnitřní komora z čisté mědi		
minimálně 3 půlené police s možností nastavení výšky a výjmutí pro očištění, materiál měď		
dělená dvířka minimálně se třemi otvory (menšími dvířky)		
teplotní rozsah minimálně 3-55°C		
konstantní vlhkost 95% ± max.3%		
měření a regulace CO2 v rozsahu min. 0-20% s přesností max. ± 0,1%, IR-CO2 senzor		
IR-CO2 plynový tester pro kontrolu koncentrace CO2 v komoře		
měření a regulace O2 v rozsahu min. 1-21% s přesností max. ±0,2%		
zajištění čistoty plynů minimálně 99,5%		
usb interface pro dokumentaci		
dekontaminační program		
otevírání dveří doprava - panty vpravo		
<b>součást dodávky</b>		
zaškolení obsluhy k používání přístrojů dle z. 268/2014 Sb. zdarma		
provádění předepsaných kontrol, revizí a validací, během záruky zdarma		
záruka minimálně 24 měsíců		