

Požadovaná zdravotnická technika <b>Elektrická odsávačka mateřského mléka 2 ks</b>	Cena - maximum, v Kč včetně DPH
---	------------------------------------

### 1. Technické požadavky:

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota  (uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru u ostatních slovem splňuje)
(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)	
<u>Název přístroje:</u>	
Elektrická odsávačka mateřského mléka 2 ks	
<u>Medicínský účel, použití, indikace:</u>	
Odsávačky mateřského mléka jsou indikovány v případech, kdy není možné zajistit kojení novorozence přirozeným způsobem. Zejména u matek po předčasných porodech je žádoucí podpořit laktaci stimulací prsů pomocí sacích režimů napodobujících sání novorozence.	
<u>Technické parametry, funkce:</u>	
• Kompaktní provedení odsávačky mateřského mléka	
• Možnost instalace na mobilní stojan	
• Mobilní stojan	
• Provedení elektrické odsávačky pro nepřetržitý nemocniční provoz	
• Možnost odsávání mat. mléka z obou prsů zároveň	
• Uživatelsky nastavitelné parametry sání	
• Režim pro podporu tvorby mléka	
• Režim pro udržení tvorby mléka	
• Tichý provoz zařízení, hluknost max. 60 dB	
• Dostupný spotřební materiál pro různé velikosti prsů	
• Výrobek musí být zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy	
<b>Příslušenství a spotřební materiál k Odsávačce (na 1 ks):</b>	
– Set odsávací 1 ks – roční spotřeba cca 30 setů	
– Základní odsávací set, sterilizovatelný, pro opakovatelné použití v nemocničním prostředí.	
– Dostupnost prsních nástavců v různých velikostech – např. S, M, L, XL, XXL	
– Dostupnost odsávacího setu i v běžných lékárnách	

### 2. Součástí dodání (obsažené v ceně):

- Doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště
- Instalace, uvedení do provozu
- Předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení
- Instruktaž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (§61 – platí pro AIZP, ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce, musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy
- Dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

### 3. Pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky (24 měsíců) bezplatně:

- Pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (nařízená výrobcem, u ZP třídy IIb a III, pokud interval prohlídky nestanoví

výrobce, provádí se min. po 2 letech; součástí BTK je provádění elektrické kontroly, pokud se jedná o elektrozařízení

**4. Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:**

- Prohlášení o shodě
- Autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
- Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě (CD)
- Doklad osvědčující jeho způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.
- Kompletní požadavky připravenosti instalace a požadavky na dodávky médií