

V Olomouci 2.7.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem
„Spinální implantáty“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27.6.2018

Dotaz pro část III. – Fúzní systémy pro stabilizaci krční páteře zadním přístupem

1) Zadavatel uvádí v ZD v části B, část III. VZ, v bodě 3.2 Předmět plnění, popis požadavků na požadovaný systém.

Uchazeči není z uvedeného popisu bezvýhradně jasné, kolik různých průměrů šroubů má systém obsahovat.

Bude pro zadavatele dostatečný systém s 3 různými průměry šroubů?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že se jedná o minimální podmínky, ve kterých zadavatel požaduje fixační šrouby pro okcipitální dlahy včetně revizních, ideálně o průměru 4,0 a 4,5 mm – to znamená, že pokud dodavatel nabídne 3 průměry (4,0 mm a 4,5 mm + další), bude jeho nabídka akceptována.

Dotaz pro část VII. – Fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci bederní páteře – degenerativní – k redukci pseudolistézy – spondylolistézy

2) Zadavatel uvádí v ZD v části B, část VII. VZ, v bodě 7.2 Předmět plnění, ve výčtu požadavků mimo jiné požadavek: systém musí obsahovat min . 6 různých průměrů šroubů v rozmezí 4,0 – 7,5 mm.

Uchazeč může nabídnout systém, který splňuje všechny požadované parametry, který však obsahuje systém s 6 různými průměry šroubů v rozmezí 4-9 mm.

Bude zadavatel akceptovat systém s 6 různými průměry šroubů v rozmezí 4-9 mm, při zachování medicínského účelu?

Odpověď:

ANO, zadavatel bude akceptovat systém s 6 různými průměry šroubu v rozmezí 4-9 mm při zachování medicínského účelu.

Dotaz pro část XI. – Verbroplastická sada

3) Zadavatel uvádí v ZD v části B, část XI. VZ, v bodě 11.2 Předmět plnění, popis požadavků na Verbroplastickou sadu.

Uchazeči není z uvedeného popisu bezvýhradně jasné, jakou minimální aplikační dobu cementu zadavatel požaduje.

Může zadavatel upřesnit, jakou minimální aplikační dobu cementu požaduje?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby minimální aplikační doba při teplotě 24°C byla alespoň 20 minut od zahájení zpracování, při použití 1 ml aplikační stříkačky a kanyly 8G a délce 150 mm.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3.8.2018 do 10 hodin**. Současně upravuje termín pro otevírání nabídek na **3.8.2018 v 10:30 hodin**.