



JISTOTA  
DERNÍ MEDICÍNY

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	Radiofrekvenční ablátor
------------------------	-------------------------

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název subjektu	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ:	00064165
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

**Předmět plnění veřejné zakázky:** Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka radiofrekvenčního ablátoru pro elektrofyziologický sál II. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, dopravy, cla, nastěhování, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodané přístrojové vybavení musí být nové, nerepasované a nepoužité.

CPV: 33123000-8

Kardiovaskulární přístroje

Předpokládaná cena veřejné zakázky

826.500,- Kč bez DPH

### 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Nabídková cena bude uvedena v CZK, jako cena celková, a to bez DPH a s DPH.
- Nabídková cena je konečná a musí zahrnovat všechny poplatky (tj. dopravu, pojištění, daňové a bankovní poplatky) apod.
- Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních a záručních podmínek a způsobu provádění díla jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
- Součástí nabídky uchazeče je podepsaný návrh smlouvy. Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč není



JISTOTA  
DERMĚ MEDICÍNY

oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

- Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny uchazeče, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
- Vybraný dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti vybraného dodavatele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši nabídkové ceny v Kč bez DPH pro danou část VZ.
- Vybraný dodavatel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn od smlouvy, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení, odstoupit. Na žádost zadavatele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- Pro případ porušení závazku vybraného dodavatele udržovat pojištění si sjednávají vybraný dodavatel a zadavatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, kterou je vybraný dodavatel povinen uhradit zadavateli.
- Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je uveden v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek.

#### **5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- Nabízená cena (bez DPH) bude stanovena jako maximální a konečná. V nabídce bude uvedena cena bez DPH, daňová sazba a cena s DPH.
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Cenová nabídka bude obsahovat podrobný seznam položek dodávky.
- Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky

#### **6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Uchazeč určí kontaktní osobu odpovědnou za realizaci zakázky, včetně telefonického a e-mailového kontaktu.

Zadavatel upozorňuje, že pokud bude po podání nabídek, v rámci jejich posuzování a hodnocení, nutné oslovit uchazeče s žádostí o vysvětlení jejich nabídky, budou veškeré tyto žádosti zasílány pouze elektronickou formou na kontaktní email uvedený v nabídkách uchazečů. Písemné vysvětlení uchazečů takové žádosti bude požadováno do 3 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti zadavatelem. Jestliže



uchazeč v dané lhůtě své vysvětlení nedoručí, bude toto důvodem pro vyloučení z jeho další účasti v zadávacím řízení, aniž by se zadavatel zabýval tím, co vedlo k nedoručení odpovědi na jeho žádost.

Zadavatel upozorňuje, že vjezd do areálu VFN v Praze je zpoplatněn částkou 40,- Kč za každých započatých 30 minut, vyjma prvních 30 minut, které jsou zdarma. Tuto skutečnost uchazeč zahrne do své cenové nabídky.

## 7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže:

1. Uchazeč doloží výpis z OR, je-li v něm zapsán či z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán dle zvláštního právního předpisu a vztahuje se k předmětu plnění,
2. Uchazeč doloží doklad osvědčujícím jeho způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků, tj. jednou z níže uvedených možností:
  - o potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
  - o výpisem z registru SÚKLu dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedením URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
3. Uchazeč doloží doklad o autorizaci výrobce k distribuci a servisu předmětu VZ
4. Uchazeč doloží k předmětu zakázky potvrzení ohlášení notifikace zdravotnického prostředku (registrace vydané SÚKL)
5. Uchazeč doloží k předmětu zakázky prohlášení o shodě, případně i CE certifikát, popř. další certifikáty deklarujících kvalitu výrobku (kopie originálu v jazyce certifikační autority s českým překladem) a návod v českém jazyce (v elektronické podobě)

## 8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

### Radiofrekvenční ablátor, 1 ks

- FR ablátor pro výkony na elektrofyziologickém sále
- Požadována integrace s elektrofyziologickým systémem Cardiolab (přenos informací o ablací – teplota, impedance a energie v reálném čase do „oblačního okna“; propis statistik o ablací do event-listu a následně do reportu).
- Požadována kompatibilita s elektroanatomickým mapovacím systémem Carto 3.
- Požadována podpora uživatelských modulárních funkcí mapovacího systému pro zobrazování ablačních bodů v 3D mapě automaticky a s podporou automatického zohledňování a zobrazování ablačních parametrů v reálném čase.
- Požadována kompatibilita se stávajícími ablačními katétry, zejména



JISTOTA  
DERNÍ MEDICÍNY

- Navistar / SmartTouch s proplachovaným i neproplachovaným hrotem pro ablace při elektronatomickém mapování
- Katétry Celsius pro konvenční ablace s proplachovaným i neproplachovaným hrotem 4 / 8 mm.

### **Technické parametry a funkce:**

- Výkonový rozsah min. 1 – 100 W s možností plynulé změny ablačních parametrů a to i v průběhu ablace.
- Uživatelsky volitelné přednastavení pro jednotlivé ablační katetry
- Podpora dělené i nedělené indifferenční elektrody (jednorázové i na více použití).
- Optimalizace nastavení charakteristik ablace, např.
  - Strmost nárůstu energie či teploty
  - Volba preference řídicí veličiny (teplota, výkon)
  - Manuálně řízená ablace
  - Unipolární ablace
- Volba preference řídicí veličiny (teplota, výkon)
- Manuálně řízená ablace
- Unipolární ablace
- Grafická vizualizace ablačních parametrů na integrované obrazovce zařízení.
- Ovládání ablátoru pomocí nožního spínače (připojitelného k přístroji v prostoru sálu i na dálkovou konzoli v ovladovně).
- Ovládání ablátoru rukou z dálkové konzole i přístroje (včetně ovládání proplachové pumpy z dálkové konzole)

#### **Požadavky na proplachovou pumpu:**

- Rozsah proplachu 1 - 100 ml/ min.
- Plynulé změny nastavení parametrů.
- Sledování objemu proplachu proplachovou pumpou.
- Detekce poklesu objemu proplachu pod přednastavenou hodnotu.
- Detekce bublin v proplachovém setu.
- Celsius TC Detekce omezení průtoku proplachovým setem.
- Dodávka přístroje bude včetně veškerého příslušenství (včetně propojovacích kabelů – mezi ablátorem a CARTO3/ Cardiolab systémem).
- Obecné technické podmínky: Dodané přístrojové vybavení musí být nové, nerepasované a nepoužité.
- Pokud tyto zadávací podmínky uvádějí odkaz na konkrétní normu nebo technický dokument nebo přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. Tato možnost bude uvedena v technických podmínkách u konkrétního odkazu.
- V případě, že zařízení (přístrojové vybavení) bude připojeno do LAN sítě VFN, uchazeč v nabídce přesně technicky specifikuje:
  - toto zařízení (HW, operační systém, způsob ochrany před škodlivými kódy),
  - případné požadavky na komunikaci s ostatními systémy VFN (PACS, NIS), anebo komunikaci do sítě Internet,
  - případné požadavky na poskytnutí diskového úložiště z důvodu například zálohy,
  - případné požadavky na umístění fyzického serveru/výrobu virtuálního serveru.



- V případě instalace software na PC v majetku VFN:
  - bude software podroben testu kompatibility se software výbavou VFN,
  - bude tato instalace a konfigurace kompletně provedena pracovníkem dodavatele, Úsek Informatiky VFN pouze instalaci umožní,
  - musí pracovat na stanici zařazené do MS domény,
  - musí pracovat pod uživatelským oprávněním USER (vyjma prvotní instalace),
  - musí pracovat se Systémem Center Endpoint Protection Microsoft Corporation,
  - při nutnosti zadávání uživatelského jména a hesla (v případě webové autentikace) musí být údaje odesílány šifrovaně (použití https).

## 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem zadání veřejné zakázky a pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH za předmět plnění veřejné zakázky.

Zadavatel si před rozhodnutím o nákupu vyhrazuje právo požádat o zapůjčení nabízeného přístroje k předvedení a vyzkoušení (v místě plnění zakázky), případně požádat o návštěvu na referenčním pracovišti, kdy mu bude umožněno seznámit se s nabízeným přístrojem a ověřit požadované parametry.

## 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v listinné formě (kompletní nabídka kromě návodu k obsluze) a dále rovněž v elektronické formě na CD (kompletní nabídka včetně návodu k obsluze na CD). Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy a také vyplněný návrh smlouvy ve formátu word (elektronicky na CD), jehož vzor je přílohou této zadávací dokumentace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- Bude-li nalezen v rámci posouzení rozpor v nabídce, a to v údajích, které jsou předmětem hodnocení, bude pro potřeby hodnocení relevantní údaj ze závazného návrhu smlouvy předloženého v listinné podobě. Pokud jsou součástí listinného návrhu smlouvy také přílohy, nesmí si jakkoliv vzájemně odporovat, v opačném případě je to důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
- Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
- **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- **Podepsaný návrh Smlouvy (včetně cenové nabídky).**  
Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh kupní smlouvy na dodávku předmětu této veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy - zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost

důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- **Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace (viz čl. 7).**
- Uchazeč předloží dokumenty nabízené techniky, a to: návod k obsluze (uživatelský manuál) v českém jazyce (stačí pouze v elektronické podobě), prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. - označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými předpisy EU), popř. další certifikáty deklarující kvalitu výrobku (uchazeč předloží prostou kopii originálu, v případě cizojazyčného dokumentu kromě slovenštiny doloží uchazeč včetně českého překladu) a originální datový list výrobce v anglickém jazyce s technickými parametry k nabízenému zařízení (lze doložit i v jiném jazyce s předložením překladu do českého jazyka).
- Uchazeč se vyjádří ke všem požadovaným technickým podmínkám, parametrům a funkcím předmětu zakázky dle čl. 8 zadávací dokumentace, případně vysvětlí splnění požadovaného medicínského účelu tak, aby bylo zřejmé, že nabízený přístroj plní parametry a požadavky specifikované zadavatelem. Uchazeč pro účely posouzení nabídky vyplní tabulku – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této výzvy – zadávací dokumentace.
- Součástí nabídky musí být určení, zda se jedná o zdravotnické prostředky u kterých je zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, nebo výrobcem nařízena instruktáž. Nezaměňovat instruktáž se zaškolením; instruktáž je nařízena u aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, aktivních zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb nebo III a u zdravotnických prostředků, u kterých tak výslovně stanovil výrobce. U ostatních zdravotnických prostředků postačuje seznámení se s návodem k obsluze a zaškolení personálu. Zaškolení nemusí provádět osoba přímo poučená výrobcem (u instruktáže musí být konkrétní osoba k provádění instruktáží výrobcem autorizována a tak může provádět instruktáž dalších osob, řetězení této instruktáže – tj. že tyto instruované osoby mohou poskytovat instruktáž dalším osobám, zákon nepřipouští – viz § 59, 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích).
- Uchazeč doloží čestné prohlášení, že nabízené přístrojové vybavení je kompletní a funkční a prohlášení o vzájemné kompatibilitě a funkční spolupráci všech částí systému.
- Kompletní požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a dále předloží požadavky na dodávky médií (instalační plány a požadavky na rozvody vody, elektřiny, médií, odpad, stínění atd.). Uchazeč je povinen se seznámit s přístupovou cestou na místo plnění a zahrnout náklady na stěhování až na místo plnění do nabídkové ceny. V případě, že uchazeč nepožaduje žádnou připravenost instalace, předloží v rámci nabídky o této skutečnosti čestné prohlášení.
- Součástí nabídky bude informace o podmínkách a cenách servisu, pravidelných bezpečnostně-technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona č. 268/2014 Sb.), nebo pravidelných revizí/ prohlídek/ validací (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), včetně vystavení protokolu. Uchazeč uvede kontakt na servis.



## 11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta) v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Míková, tel: +420724829206, e-mail: [Katerina.Mikova@vfn.cz](mailto:Katerina.Mikova@vfn.cz).
- Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel na takovou žádost odpoví formou vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejní na svém profilu – <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn>, proto je vhodné, aby uchazeči tyto stránky sledovali do konce lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
- Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
- Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo/možnost zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv do doby, než dojde k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

## 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Lhůta pro podání nabídek:**

**Datum: 30.7.2018**

**Hodina: do 11:00 hod.**

**Adresa pro podání nabídek:**

nabídku lze podat doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele (budova Ředitelství A5, 4. patro, dv. č. 407, po – pá: 9 - 14 hod), a to na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08. Obálka s nabídkou bude označena názvem zakázky: „Radiofrekvenční ablátor – NEOTVÍRAT“.

**Kontaktní osoba pro příjem nabídek:**

Mgr. Kateřina Míková,

tel: +420724829206,

e-mail: [Katerina.Mikova@vfn.cz](mailto:Katerina.Mikova@vfn.cz).

## 13. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Veškerá rozhodnutí vydaná v rámci zadávacího řízení (myšleno zejména Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče) budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, a to stejným způsobem, jakým byla uveřejněna tato zadávací dokumentace.

Tyto doklady dále nebudou odesílány v listinné podobě poštou.

Uveřejněním na profilu zadavatel se dotčené dokumenty považují za doručené.

#### 14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude pořádat v rámci této zakázky organizovanou prohlídku místa plnění.

#### 15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy včetně příloh

V Praze dne 29.6.2018

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,  
ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

