

V Olomouci 12.7.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Spinální implantáty“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.7.2018

Dotaz:

Zadavatel uvádí v ZD v části B, část IX. VZ, v bodě 9.2 Předmět plnění požadavek: šrouby min.v délkách 40-55 mm a min.rozsahu průměrů 6,0-7,0 mm Bude zadavatel akceptovat rozsah průměrů 4,5 - 9,5 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku, ve které budou obsaženy šrouby min. v délkách 40 – 55 mm a rozsahu průměrů 4,5 – 9,5 mm.

Dotaz:

Část XIII. Zadávací dokumentace. Prosíme o upřesnění, zda se jedná o tzv. samostojící (standalone) implantát?

Odpověď:

Ano, jedná se o takzvaný samostojící implantát (standalone).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.7.2018

Dotaz:

Prosím o informaci pro část 13 – Náhrada meziobratlové ploténky, je to krční nebo bederní?

Odpověď:

Jedná se o náhradu bederní meziobratlové ploténky z bočního přístupu.