



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2018-000427 s názvem:

„Dezinfektory podložních mís“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 7 kusů mycího a dezinfekčního automatu na podložní mísy a močové láhve.

3. Technické požadavky

3.1. Charakteristika a specifikace dezinfektorů podložních mís:

- ✓ dodání a instalace 7 kusů mycího a dezinfekčního automatu na podložní mísy a močové láhve na pracovištích 2. interní kliniky (6ks) a Kliniky kožní (1ks)
- ✓ přístroje s termickou dezinfekcí ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883 (doložit certifikát)
- ✓ přístroj musí dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb. splňovat termickou dezinfekci dle parametrů A₀ 60 a 600
- ✓ 1 přístroj je omezen *maximální šířkou do 45 cm* (omezení prostoru stavbou), tento parametr je bez tolerance, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h) přesné zaměření provede vybraný účastník na místě stavby
- ✓ 5 přístrojů je omezeno *maximální výškou do 86 cm* (omezení prostoru stavbou), tento parametr je bez tolerance, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h), přesné zaměření provede vybraný účastník na místě stavby
- ✓ 1 přístroj určený pro Kožní kliniku není omezen, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h)
- ✓ dezinfektor musí mít hygienickou komoru vyrobenou z nerez oceli lisováním, bez svárů a záhybů k minimalizaci rizika usazenin a bakterií
- ✓ dezinfektor musí mít kapacitu mytí minimálně pro 1 kus podložní mísy s poklicí (výrobce Syntesys) a 1 kus močové láhve (výrobce Gamagroup) nebo 2 kusy močových lahví, zároveň musí umožnit dezinfekci nádoby do toaletního křesla s rozměry: průměr 34 cm a výška 18 cm
- ✓ přístroj musí umožnit zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovacích nádob
- ✓ dezinfektor musí mít displej s ovládacími tlačítky
- ✓ dezinfektor musí poskytovat vizuální a akustické hlášení chyb a závad
- ✓ dezinfektor musí mít minimálně 3 pracovní programy
- ✓ dezinfektor musí mít výkonné čerpadlo pro tlakové mytí horkou vodou s teplotou minimálně 90°C pro termickou dezinfekci
- ✓ přístroj musí mít funkci chlazení a sušení nádob vestavěným ventilátorem s HEPA filtrací vzduchu (H14) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci
- ✓ přístroj musí mít možnost mytí s chemickou dezinfekcí
- ✓ přístroj musí mít zamčená dvířka během cyklu pro zajištění bezpečnosti obsluhy
- ✓ dezinfektor musí umožnit připojení na běžnou vodovodní přípojku teplé a studené vody s tvrdostí vody 2,62 mmol/l (14,7°dH) a rozsahem tlaků 200-600 kPa
- ✓ přístroje musí být napojeny na odpad DIN 100 ve variantě do zdi
- ✓ přístroje musí být napojeny na přívod elektrické energie 230V/50Hz, 16A



FAKULTNÍ NEMOCNICE^{o.p.s.}
OLOMOUC

- ✓ před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize, povinné validace a kontroly atd.
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ bezplatné zajištění proškolení personálu k používání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ délka záruky minimálně 24 měsíců

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika, Kožní klinika
předpoklad podpisu smlouvy: 8/2018

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Nabídky podávejte nejpozději do 25.7.2018 do 10:00 hodin v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky „Dezinfektory podložních mís“ a upozorněním „NEOTEVÍRAT“ na adresu zadavatele:

*Fakultní nemocnice Olomouc,
Oddělení veřejných zakázek,
I. P. Pavlova 185/6,
779 00 Olomouc*

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ Zajištění pravidelných revizí, PBTk, po dobu záruky zdarma
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ seznam referenčních zakázek nabízeného přístroje v ČR formou čestného prohlášení s uvedením předmětu, místa a objemu plnění
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ Cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání bez DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu (minimálně ve dvou termínech) a technika Oddělení nákupu a servisu a BTK dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ nabídky se podávají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, příp. jiném vhodném datovém nosiči. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky malého rozsahu.

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek