

V Olomouci 19.7.2018

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem  
„Tryskový ventilátor“

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.7.2018:**

**Dotaz č.1**

Zadavatel požaduje v technické specifikaci ZD ventilátor s plně integrovaným přímým vyhříváním a zvlhčováním jet plynů, který je schopen dosáhnout potřebný ohřev a zvlhčování tryskového proudu bez dalších přídavných zvlhčovačů/ohříváčů instalovaných vně přístroje (Ne ohřev a zvlhčení externím/přídavným zařízením)

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde uchazeč nabídne ventilátor bez integrovaného přímého vyhřívání a zvlhčování jet plynů?

**Odpověď:**

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku bez integrovaného přímého vyhřívání a zvlhčení jet plynů. Vyhřívání a zvlhčování jet plynů musí být v takovém případě řešeno externím modulem nebo samostatným přístrojem.

**Dotaz č. 2**

Zadavatel požaduje v technické specifikaci ZD, že přístroj musí mít univerzální a běžně rozšířený připojovací konektor (luer lock) na všech tryskových a tlakových linkách pro ventilaci i monitoraci k připojení na rigidní bronchoskopy, laryngoskopy atd. od různých výrobců, tzn., že není potřeba použít přídavných redukcí.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který má speciální nezaměnitelný připojovací bezpečnostní systém na všech tryskových a tlakových linkách, který vylučuje špatné zapojení a následné poškození pacienta obsluhou?

**Odpověď:**

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku s nezaměnitelným připojovacím bezpečnostním systémem v případě, že bude kompletní funkční sada hadic potřebná k provozu součástí dodávky a bude napojitelná na rigidní bronchoskopy, laryngoskopy atd. od různých výrobců (bez nutnosti přídavných redukcí nebo s přídavnými redukcemi, které budou součástí dodávky).

**Dotaz č.3**

Zadavatel požaduje v ZD technické specifikace - minimálně 3ks resterilizovatelných op. Laryngoskopů pro dospělé střední o délkách 17cm, 18cm pro přední komisuru a prodloužený 22cm se 2 vnitřními kanály laryngoskopu po stranách pro připojení příslušenství k tryskové ventilaci, pro světelný vodič a odsávání.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy uchazeč nabídne 3ks resterilizovatelných op. laryngoskopů pro dospělé střední o délkách 18cm, 19cm a prodloužený 22cm se 2 vnitřními kanály laryngoskopu po stranách pro připojení příslušenství k tryskové ventilaci, pro světelný vodič a odsávání?

**Odpověď:**

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku 3ks resterilizovatelných op. laryngoskopů pro dospělé střední o délkách 18cm, 19cm a prodloužený 22cm se 2 vnitřními kanály laryngoskopu po stranách pro připojení příslušenství k tryskové ventilaci, pro světelný vodič a odsávání? Nabízený rozdíl v délkách je v povolené 10%-ní toleranci stanovené v podmínkách výzvy pro podání nabídek.

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.7.2018 do 10 hodin.**