



Mgr. Kateřina Míková
Odborný referent péče o hmotný majetek

V Praze dne 19.7.2018
Č.j.: VFN/014633/2018
Počet listů: 2
Přílohy: 0

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 19.7.2018

ZADAVATEL: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlem: U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08
Zastoupena: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
IČ: 00064165

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: IROP – Perinatologie – Infúzní technika

Evidenční číslo zakázky Z2018-021339 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2018/S 123-278806 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „VZ“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZ.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby lineární dávkovače umožňovaly podsvětlení ovládacích prvků. U námi nabízených dávkovačů jsou veškeré kroky ovládacích prvků zobrazeny na přehledném displeji a zároveň displej přístroje dostatečně osvětluje tlačítka, a to i ve zmírněném nočním režimu. Celkové osvětlení v nočním režimu pak nenarušuje klid pacientů a zároveň je ovládání tlačítek velmi intuitivní. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel připouští i jinou formu osvětlení ovládacích prvků a to tehdy, pokud bude zajištěna čitelnost ovládacích prvků i v případě tzv. nočního režimu.

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:

Bude u lineárních dávkovačů zadavatel akceptovat založení baterie na 13 hodin provozu (při rychlosti 5ml/h)?

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel akceptuje záložní baterii pro alespoň 13 hodin provozu lineárního dávkovače při nastavené rychlosti 5mL/h .

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace bez předchozí žádosti na základě vlastního uvážení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3:

S ohledem na ustanovení § 99 odst. 2 zákona zadavatel v souvislosti se změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je do 24.8.2018 do 11:00 hodin. Otvírání obálek proběhne dne 24.8.2018 v 11:15 hodin.

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, v.r.
Ředitelka VFN v Praze