



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 24. 7. 2018  
JID: /2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-SPRP-73/INV/2018  
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303  
E-mail: [mrkvanova.i@kr-ustecky.cz](mailto:mrkvanova.i@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“, zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu**

Vážený dodavatelé,

zadavatel dne 19. 7. 2018 obdržel elektronickou poštou (e-mailem) dotaz od jednoho z dodavatelů v tomto znění:

**Dotaz:**

*Dobrý den,*

*rádi bychom se účastnili výběrového řízení s názvem: Technické vzdělávání - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II. Měli bychom pár dotazů ohledně zadané specifikace:*

*v 1) části: Analogové laboratorní přístroje*

*- položka č. 1) - Analogový měř. přístroj - měření napětí DC - zařízení se při požadovaném množství rozsahu do 50V vyrábí už pouze jako multimetr. Obsahuje v sobě tedy i následující položky č. 2, 3, 4. Je nutné dodávat položky 2-4 zvlášť jako samostatné přístroje? Nebo bude stačit dodat 10ks multimetru, který bude obsahovat položky č. 1 - 4.*

*v 2) části: Přístroje a nástroje*

*- položka č. 8) - Revizní přístroj pro kontrolu el. spotřebičů a revizi instalace se nevyrábí 2v1, ale jedná se pouze o dva samostatné přístroje, je tedy možné tuto položku rozdělit na dva dodávané přístroje?*

*- položka č. 12) - SW na měření do pc - je nutné aby všechny položky které jsou v tomto bodě uvedeny K054, K109 - K128 měli připojení k pc? Nebo jen u těch, které mají připojení k pc je požadovaná dodávka SW? Veškeré takové položky jsou automaticky dodávány včetně SW, ovšem pouze 1ks licence k zařízení, což je v rozporu požadavkem položky č. 8) na 2ks. Požaduji upřesnění položky č. 8).*

*- položka č. 22) - Digitální tlakoměr - o jaký typ tlakoměru se jedná? Tlakoměr na měření tlaku krve, nebo tlaku vzduchu, materiálu na snímač? Je požadována pouze dodávka digitálního tlakoměru, nebo i případně snímačů/čidel?*

*- položka č. 24) - Měřič vodivosti - o jaký typ měřiče se jedná? Přesněji, jaký typ média bude měřen?*

*Děkuji za objasnění dotazu a přeju Vám hezký zbytek dne.*

### **Odpověď zadavatele:**

#### **Ad 1. část: Analogové laboratorní přístroje**

##### **Položka č. 1:**

Zadavatel akceptuje dodání přístrojů, které budou obsahovat technické parametry uvedené v položkách č. 1-4 s tím, že je požaduje dodat v počtu kusů uvedených v rámci položek č. 1-4, tedy 4x10 ks tak, jak je uvedeno v soupisu dodávek pro část 1.

#### **Ad 2. část: Přístroje a nástroje**

##### **Položka č. 8:**

Zadavatel požaduje položku č. 8 „Revizní přístroj pro kontrolu el. spotřebičů a revizi instalace“ dodat v provedení 2v1 tak, jak je uvedeno v soupisu dodávek pro část 2. Zadavatel si ověřil, že na trhu je tento výrobek v provedení 2v1 dostupný.

##### **Položka č. 12:**

(v dotazu dodavatel uvádí odkaz na položku č. 8, zadavatel se domnívá, že se jedná o administrativní chybu s tím, že má být uvedeno položka č. 12)

Pokud zadavatel vyžaduje dodání jednotlivých položek včetně SW do PC, tuto skutečnost u jednotlivých položek v rámci soupisu dodávek uvádí. V případě položek, u kterých tato skutečnost v soupisu dodávek uvedena není a SW k PC je možné dodat, dodavatel započítá tyto náklady do položky č. 12 s tím, že bude uvažovat s dodáním v počtu vždy 2 ks tak, aby mohlo být s těmito přístroji pracováno na 2 počítačích v učebně.

##### **Položka č. 22:**

Zadavatel požaduje dodat Digitální tlakoměr na měření tlaku vzduchu – neagresivní plyny - korozivní plyny (pro měření přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku). Zadavatel požaduje dodat Digitální tlakoměr včetně snímačů/čidel, tak aby mohlo být s přístrojem pracováno bez dokupování dalšího příslušenství k funkčnosti.

##### **Položka č. 24:**

Přístroj bude využíván k měření vodivosti s vysokým rozlišením pro určování kvality vody ve škole, v laboratoři, v akváriích a v bazénech.

Doplněná Příloha č. 2.2: Soupis dodávek pro 2. část zakázky je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Zadavatel na základě tohoto doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2.2: Soupis dodávek pro 2. část zakázky) v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami následovně:

**Termín podání nabídek: 14. 8. 2018 do 10:00 hod.**

**Termín otevírání obálek: 14. 8. 2018 od 10:00 hod.**

Úprava lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami je uvedena v Zadávací dokumentaci – 1. opravná ( podbarveno žlutě, jako jediná provedená změna) uveřejněné na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj> , dále bude rovněž zveřejněna na stránkách Věstníku veřejných zakázek formou opravného formuláře.

S pozdravem

Věra Hejnová, v.r.  
odd. veřejných zakázek odboru INV  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

**Přílohy:**

- 1. Doplněná Příloha č. 2.2 ZD Soupis dodávek pro 2. část zakázky po VZD č. 1**
- 2. Zadávací dokumentace – 1. opravná po VZD č. 1**