

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2018-000427 veřejná zakázka malého rozsahu: Desinfektory podložních mís

Typ přístroje:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
dodání a instalace 7 kusů mycího a dezinfekčního automatu na podložní mísy a močové láhve na pracovištích 2. interní kliniky (6ks) a Kliniky kožní (1ks)		
✓ přístroje s termickou dezinfekcí ve shodě s normou ČSN EN ISO 15883 (doložit certifikát)		
✓ přístroj musí dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb. splňovat termickou dezinfekci dle parametrů A ₀ 60 a 600		
✓ 1 přístroj je omezen maximální šířkou do 50 cm (omezení prostoru stavbou) , tento parametr je bez tolerance, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h) přesné zaměření provede vybraný účastník na místě stavby		
✓ 5 přístrojů je omezeno maximální výškou do 90 cm (omezení prostoru stavbou) , tento parametr je bez tolerance, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h), přesné zaměření provede vybraný účastník na místě stavby		
✓ 1 přístroj určený pro Kožní kliniku není omezen, uveďte rozměry dezinfektoru (v/š/h)		
✓ dezinfektor musí mít hygienickou komoru vyrobenou z nerez oceli lisováním, bez svárů a záhybů k minimalizaci rizika usazenin a bakterií		
✓ dezinfektor musí mít kapacitu mytí minimálně pro 1 kus podložní mísy s poklicí (výrobce Syntesys) a 1 kus močové láhve (výrobce Gamagroup) nebo 2 kusy močových lahví, zároveň musí umožnit desinfekci nádoby do toaletního křesla s rozměry: průměr 34 cm a výška 18 cm		
✓ přístroj musí umožnit zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovacích nádob		
✓ dezinfektor musí mít displej s ovládacími tlačítky		
✓ dezinfektor musí poskytovat vizuální a akustické hlášení chyb a závad		
✓ dezinfektor musí mít minimálně 3 pracovní programy		
✓ dezinfektor musí mít výkonné čerpadlo pro tlakové mytí horkou vodou s teplotou minimálně 90°C pro termickou desinfekci		
✓ přístroj musí mít funkci chlazení a sušení nádob vestavěným ventilátorem s HEPA filtrací vzduchu (H14) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci		
✓ přístroj musí mít možnost mytí s chemickou desinfekcí		
✓ přístroj musí mít zamčená dvířka během cyklu pro zajištění bezpečnosti obsluhy		
✓ dezinfektor musí umožnit připojení na běžnou vodovodní přípojku teplé a studené vody s tvrdostí vody 2,62 mmol/l (14,7°dH) a rozsahem tlaků 200-600 kPa		
✓ přístroje musí být napojeny na odpad DIN 100 ve variantě do zdi		
✓ přístroje musí být napojeny na přívod elektrické energie 230V/50Hz, 16A		
✓ před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize, povinné validace a kontroly atd.		
✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ bezplatné zajištění proškolení personálu k používání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.		
✓ délka záruky minimálně 24 měsíců		
Délka záruky		