

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 14.08.2018

ZADAVATEL: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek
IČO: 00024007

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Dodávka lékařského vyšetřovacího přístroje pro elektrokardiografii“

Číslo VZ: 171/2018/ZMR

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13.08.2018

Požadavek č.1:

Skládací termopapír 210 x 295 x 180 listů – 2 balení

Dotaz č.1:

Bude zadavatel akceptovat řešení pomocí role EKG termopapíru šířky 210mm?

Požadujete 2 balení po 180 listech, tzn. 360 EKG záznamů. EKG papír v rolích bude pro stejný počet výtisků, tedy 360. Formát bude zachová, EKG papír nemá vliv na medicínský účel přístroje.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14.08.2018:

Zadavatel akceptuje řešení role termopapíru stejného rozměru a počtu listů pro tisk budou-li všechny ostatní požadavky splněny dle VZ.

Ing. Alena Růckerová, manažer veřejných zakázek
tel.: +420 499860133,
e-mail: alena.ruckerova@janskelazne.com