



## Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2018-000612 s názvem:

### „Mobilní zvedací systém“

#### 1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

#### 2. Předmět zakázky

Dodávka a instalace 5ks mobilního zvedacího systému (dále zvedáku) pro dospělé pacienty na II. Interní klinice (3ks) a na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) (2ks) pro přesouvání a zvedání imobilních pacientů. Součástí zvedáků jsou různé druhy ramen a vaků. Dodávka pro KARIM se uskuteční v termínu 1. – 20. 12. 2018.

#### Technické požadavky

##### 3.1. Specifikace zvedáku:

- ✓ Zvedák musí být zdravotnickým prostředkem
- ✓ Zvedák musí být určen k transportu a polohování dospělých pacientů
- ✓ Zvedák musí disponovat pracovním zatížením minimálně 225 kg
- ✓ Rozsah zdvihu musí být minimálně 130 cm
- ✓ Výše zdvihu ramene musí být minimálně 190 cm
- ✓ Vnější šířka podvozku zvedáku nesmí přesahovat 70 cm
- ✓ Šířku podvozku musí být možno zvětšit pomocí elektromotoru povelom z dálkového ovladače
- ✓ Zvedák musí být vybaven integrovanou elektronickou váhou s displejem viditelným obsluhou
- ✓ Integrovaná váha musí být stanoveným měřidlem – minimálně třída přesnosti III
- ✓ Integrovaná váha musí být dodána s úředním ověřením (označena velkým M s posledním dvojčíslím letopočtu schválení typu nebo ověření)
- ✓ Váživost integrované váhy je minimálně 225 kg s rozlišením maximálně 0,1 kg
- ✓ Zvedák musí být ovladatelný dálkovým ovladačem a také na sloupu zvedáku
- ✓ Zvedák musí být vybaven elektromotorem, kterým lze polohovat pacienta přímo ve zvedáku z pozice „ležící“ do polohy „sedící“ a naopak
- ✓ Elektromotor se ovládá pomocí dálkového ovladače
- ✓ Zvedák musí disponovat vertikálním sloupovým zdvihem s funkcí „anti-houpání“
- ✓ Zvedák musí disponovat funkcí nouzového mechanického spuštění v případě poruchy
- ✓ Zvedák musí obsahovat bezpečnostní tlačítko „Emergency stop“
- ✓ Zvedák musí umožňovat použití vícero různých druhů ramen – minimálně rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno
- ✓ Zvedák musí disponovat stupněm krytí minimálně proti stříkající vodě - IPX4
- ✓ Ruční ovladač musí disponovat stupněm krytí minimálně proti ponoření do vody na 30 min do hloubky 1m - IPX7
- ✓ Zvedák musí být napájen z baterií malým bezpečným napětím s kapacitou minimálně 5,5Ah
- ✓ Zvedák musí disponovat indikátorem stavu vybití baterie
- ✓ Zvedák musí disponovat takovými kolečky, aby horní strana (výška) podvozku nepřesahovala 12 cm
- ✓ Minimálně dvojice koleček zvedáku musí být vybavena brzdami



### 3.2. Součást zvedáku:

- ✓ Součástí každého zvedáku musí být 2ks baterií a 1ks nabíječky, která umožňuje nabíjení baterií mimo zvedák
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být čtyřbodové závěsné rameno
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být lehátkové závěsné rameno
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být sada flexibilních popruhů pro zvedání pacienta umožňující provádění hygieny pacienta v horizontální poloze a příslušné kompatibilní závěsné rameno k těmto popruhům
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být vak s plastovými klipy
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být síťové lehátko s otvorem v oblasti okolo hýždí
- ✓ Součástí každého zvedáku musí být závěsná vesta umožňující nácvik chůze v rámci rehabilitace pacienta

### 3.3. Součást dodávky:

- ✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
- ✓ Zajištění zaškolení personálu při předání zařízení na obou pracovištích zdarma
- ✓ Zajištění funkčnosti baterií po dobu záruky zdarma
- ✓ Zajištění pozáručního servisu po dobu životnosti přístroje
- ✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců

### 3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)

termín plnění:   dodávka pro II. interní kliniku      předpoklad 10/2018  
                              dodávka pro KARIM                      1. - 20. 12. 2018

### 4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14. 9. 2018 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ([www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnoi)).

### 5. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah  $\pm 10\%$

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

### 6. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke



smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

7. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců,
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele
- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ seznam referenčních zakázek nabízeného přístroje v ČR formou čestného prohlášení s uvedením předmětu, místa a objemu plnění
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu (minimálně ve dvou termínech) a technika Oddělení nákupu a servisu a BTK dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnů.
- ✓ souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

8. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

.....  
MUDr. Eleni Mikušková  
náměstkyně lékařské péče Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny  
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb  
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek