

Splnění minimálních technických podmínek

VZ-2018-000612 veřejná zakázka malého rozsahu: Mobilní zvedací systém

Typ zařízení:		
Výrobce:		
Technická specifikace	ano/ne	poznámky
1.1. Charakteristika zařízení:		
Dodávka a instalace 5ks mobilního zvedacího systému (dále zvedáku) pro dospělé pacienty na II. Interní klinice (3ks) a na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) (2ks) pro přesouvání a zvedání imobilních pacientů. Součástí zvedáků jsou různé druhy ramen a vaků. Dodávka pro KARIM se uskuteční v termínu 1. – 20. 12. 2018.		
1.2. Technická specifikace zvedáku		
✓ Zvedák musí být zdravotnickým prostředkem		
✓ Zvedák musí být určen k transportu a polohování dospělých pacientů		
✓ Zvedák musí disponovat pracovním zatížením minimálně 225 kg		
✓ Rozsah zdvihu musí být minimálně 130 cm		
✓ Výše zdvihu ramene musí být minimálně 190 cm		
✓ Vnější šířka podvozku zvedáku nesmí přesahovat 70 cm		
✓ Šířku podvozku musí být možno zvětšit pomocí elektromotoru povelem z dálkového ovladače		
✓ Zvedák musí být vybaven integrovanou elektronickou váhou s displejem viditelným obsluhou		
✓ Integrovaná váha musí být stanoveným měřidlem – minimálně třída přesnosti III		
✓ Integrovaná váha musí být dodána s úředním ověřením (označena velkým M s posledním dvojčíslím letopočtu schválení typu nebo ověření)		
✓ Váživost integrované váhy je minimálně 225 kg s rozlišením maximálně 0,1 kg		
✓ Zvedák musí být ovladatelný dálkovým ovladačem a také na sloupu zvedáku		
✓ Zvedák musí být vybaven elektromotorem, kterým lze polohovat pacienta přímo ve zvedáku z pozice „ležící“ do polohy „sedící“ a naopak		
✓ Elektromotor se ovládá pomocí dálkového ovladače		
✓ Zvedák musí disponovat vertikálním sloupcovým zdvihem s funkcí „anti-houpání“		
✓ Zvedák musí disponovat funkcí nouzového mechanického spuštění v případě poruchy		
✓ Zvedák musí obsahovat bezpečnostní tlačítko „Emergency stop“		
✓ Zvedák musí umožňovat použití vícero různých druhů ramen – minimálně rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno		
✓ Zvedák musí disponovat stupněm krytí minimálně proti stříkající vodě - IPX4		
✓ Ruční ovladač musí disponovat stupněm krytí minimálně proti ponoření do vody na 30 min do hloubky 1m - IPX7		
✓ Zvedák musí být napájen z baterií malým bezpečným napětím s kapacitou minimálně 5,5Ah		
✓ Zvedák musí disponovat indikátorem stavu vybití baterie		
✓ Zvedák musí disponovat takovými kolečky, aby horní strana (výška) podvozku nepřesahovala 12 cm		
✓ Minimálně dvojice koleček zvedáku musí být vybavena brzdami		
3.2. Součást zvedáku:		
✓ Součástí každého zvedáku musí být 2ks baterií a 1ks nabíječky, která umožňuje nabíjení baterií mimo zvedák		
✓ Součástí každého zvedáku musí být čtyřbodové závěsné rameno		
✓ Součástí každého zvedáku musí být lehátkové závěsné rameno		
✓ Součástí každého zvedáku musí být sada flexibilních popruhů pro zvedání pacienta umožňující provádění hygieny pacienta v horizontální poloze a příslušné kompatibilní závěsné rameno k těmto popruhům		
✓ Součástí každého zvedáku musí být vak s plastovými klipy		
✓ Součástí každého zvedáku musí být síťové lehátko s otvorem v oblasti okolo hýždí		
✓ Součástí každého zvedáku musí být závěsná vesta umožňující nácvik chůze v rámci rehabilitace pacienta		

3.3. Součást dodávky:		
✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění zaškolení personálu při předání zařízení na obou pracovištích zdarma		
✓ Zajištění funkčnosti baterií po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění pozáručního servisu po dobu životnosti přístroje		
✓ Lehátko musí obsahovat integrovaný držák pro sprchovací hadici		
✓ Součástí každého lehátka musí být 2ks nabíjecích baterií a nabíječka pro nabíjení baterií mimo lehátko		
✓ Součástí každého lehátka musí být matrace a polštářek pod hlavu		
✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ zajištění funkčnosti baterií po dobu záruky zdarma		
✓ zajištění pozáručního servisu po dobu životnosti přístroje		
✓ zajištění pravidelné PBTk po dobu záruky zdarma		
Délka záruky min. 24 měsíců		