

Požadovaná zdravotnická technika Plynový chromatograf pro stanovení CO	Cena -, v Kč včetně DPH
--	----------------------------------

1. Technické požadavky:

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota <i>(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru u ostatních slovem splňuje)</i>
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
Název přístroje:	
Plynový chromatograf pro stanovení CO	
Medicínský účel, použití, indikace:	
- plynový chromatograf pro výzkumné účely umožňující detekci H ₂ a CO ve směsi plynů s vysokou citlivostí a širokým lineárním rozsahem	
Technické parametry, funkce:	
– Detekční limit: H ₂ 800 částic na trilión; CO 300 částic na trilión	
– Přesnost +/- detekční limit nebo 10 % dle toho, co je vyšší	
– Rozsah: 1000:1 např. 1 ppb – 1 ppm w/1ml; 10 ppb – 10 ppm w/100 ul	
– Doba analýzy jednoho vzorku: méně než 2 minuty	
– Dotykový displej	
– Data Excel kompatibilní	
– Hmotnost max. 12 kg; rozměry – max. 70 x 50 x 20 18 cm	
– Duální injektor	
– Systém obsahuje všechny součásti nutné k instalaci a zaškolení obsluhy na reálném vzorku	
–	

2. Součástí dodání (obsažené v ceně):

- Doprava, na místo na příslušné klinické pracoviště
- Instalace, uvedení do provozu
- Předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení
- Instruktaž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (§61 – platí pro AIZP, ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce, musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy
- Dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

3. Pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky (24 měsíců) bezplatně:

- Pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (nařízená výrobcem, u ZP třídy IIb a III, pokud interval prohlídky nestanoví výrobce, provádí se min. po 2 letech; součástí BTK je provádění elektrické kontroly, pokud se jedná o elektrozařízení)

4. Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě
- Autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
- Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě (CD)
- Doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb. (pokud je nabízený přístroj zdravotnický prostředek dle zákona)
- Kompletní požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií