

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	Lékařský mikroskop s kamerou
------------------------	------------------------------

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název subjektu	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ:	00064165
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

**Druh veřejné zakázky:** veřejná zakázka na dodávky

**Předmět plnění veřejné zakázky:** Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského mikroskopu s kamerou pro hodnocení histologických a imunohistochemických preparátů pro pracoviště Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, dopravy, cla, nastěhování, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodané přístrojové vybavení musí být nové, nerepasované a nepoužité.

**CPV** 38510000-3 Mikroskopy

**Předpokládaná cena veřejné zakázky:** 330.150,- Kč bez DPH

- Z důvodu časově omezené možnosti čerpání finančních prostředků výzkumného záměru určených k pořízení předmětu zakázky zadavatel upozorňuje uchazeče na nutnost plnění dodávky do 15. 12. 2018.

### 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Nabídková cena bude uvedena v CZK, jako cena celková, a to bez DPH a s DPH.
- Nabídková cena je konečná a musí zahrnovat všechny poplatky (tj. dopravu, pojištění, daňové a bankovní poplatky) apod.
- Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

- Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních a záručních podmínek a způsobu provádění díla jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
- Součástí nabídky uchazeče je podepsaný návrh smlouvy. Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
- Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny uchazeče, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
- Vybraný dodavatel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti vybraného dodavatele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 300.000,- Kč.
- Vybraný dodavatel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn od smlouvy, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení, odstoupit. Na žádost zadavatele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- Pro případ porušení závazku vybraného dodavatele udržovat pojištění si sjednávají vybraný dodavatel a zadavatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, kterou je vybraný dodavatel povinen uhradit zadavateli.
- Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je uveden v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek.

## 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky.
- Nabídková cena (za přístroj/e včetně záruky, pravidelné preventivní bezpečnostně technické kontroly, hodinové sazby za opravu vč. dopravy, provedení instruktáže – zaškolení, roční servisní paušál prováděné po záruce včetně záruky) bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), samostatně DPH (snížená nebo základní sazba DPH) a nabídková cena včetně DPH.



JISTOTA  
DERNÍ MEDICÍNY

- Nabídková cena je konečná a musí zahrnovat rovněž všechny náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
- Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č.1 zadávacích podmínek). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
- Nabídková cena za dodávku přístroje/ů musí zahrnovat všechny poplatky a všechny náklady spojené s dodávkou do místa plnění, tj. dopravu na místo plnění, pojištění, daňové a bankovní poplatky, clo, stěhování na místo plnění, instalaci v místě určení, likvidaci odpadů a obalů, uvedení předmětu plnění do provozu, provedení předepsaných zkoušek, validaci, zaškolení obsluhy, záruční servis, předání veškeré potřebné dokumentace atd.
- Nabídková cena za servisní náklady po skočení záruky přístroje: bude uvedena cena v Kč bez DPH za následující položky:
  - a) cena pravidelné preventivní bezpečnostně technické kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., revize nebo validace, verifikace, včetně pravidelně měněných náhradních dílů, včetně vystavení protokolu, vztahená na 1 rok;
  - b) výše hodinové sazby za opravu u pozáručního servisu (cena zahrnuje skutečnou dobu strávenou servisním technikem na pracovišti VFN, včetně všech poplatků: nástup servisního technika, cestovní náklady, čas strávený na cestě pod., nezahrnuje náhradní díly nutné k opravě);
  - c) cena provedení instruktáže (zaškolení) obsluhy přístroje dle zákona č. 268/2014 Sb., (týká se ZP rizikové třídy IIb, III a tam, kde tak stanovil výrobce pro neomezený počet osob;
  - d) cena ročního servisního paušálu (bude zahrnovat cenu za opravy včetně práce (bez náhradních dílů) a dopravného a cenu za pravidelné prohlídky dle zákona č. 268/2014 Sb., revize nebo za pravidelné validace nebo verifikace včetně povinně měněných náhradních dílů); cenu za provádění instruktáží personálu dle zákona č. 268/2014 Sb.;
- Dodavatel uvede nabídkové ceny vyplněním této tabulky, kterou předloží jako součást své nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč s DPH
<b>1.) Cena přístroje/ů</b>			
<b>Cena přístroje za jeden kus</b>			
<b>2.) Servisní náklady</b>			
a) Cena pravidelné preventivní bezpečnostně technické kontroly, revize nebo validace, verifikace			
b) Cena výše hodinové sazby za opravu včetně dopravy			
c) Cena provedení instruktáže – zaškolení			
d) Cena ročního servisního paušálu			
<b>Servisní náklady (tj. součet a) až d)) na jeden kus techniky</b>			

## 6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Uchazeč určí kontaktní osobu odpovědnou za realizaci zakázky, včetně telefonického a e-mailového kontaktu.

Zadavatel upozorňuje, že pokud bude po podání nabídek, v rámci jejich posuzování a hodnocení, nutné oslovit uchazeče s žádostí o vysvětlení jejich nabídky, budou veškeré tyto žádosti zasílány pouze elektronickou formou na kontaktní email uvedený v nabídkách uchazečů. Písemné vysvětlení uchazečů takové žádosti bude požadováno do 3 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti zadavatelem. Jestliže uchazeč v dané lhůtě své vysvětlení nedoručí, bude toto důvodem pro vyloučení z jeho další účasti v zadávacím řízení, aniž by se zadavatel zabýval tím, co vedlo k nedoručení odpovědi na jeho žádost.

Zadavatel upozorňuje, že vjezd do areálu VFN v Praze je zpoplatněn částkou 40,- Kč za každých započatých 30 minut, vyjma prvních 30 minut, které jsou zdarma. Tuto skutečnost uchazeč zahrne do své cenové nabídky.

## 7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže:

1. Uchazeč doloží výpis z OR, je-li v něm zapsán či z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán dle zvláštního právního předpisu a vztahuje se k předmětu plnění,
2. Uchazeč doloží doklad osvědčující jeho způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků (pokud je předmět zakázky zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích), tj. jednou z níže uvedených možností:
  - potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
  - výpisem z registru SÚKL dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedením URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
3. Uchazeč doloží doklad o autorizaci výrobce k distribuci a servisu předmětu VZ
4. Uchazeč doloží k předmětu zakázky potvrzení ohlášení notifikace zdravotnického prostředku (registrace vydané SÚKL) (pokud je předmět zakázky zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích)
5. Uchazeč doloží k předmětu zakázky prohlášení o shodě, případně i CE certifikát, popř. další certifikáty deklarující kvalitu výrobku (kopie originálu v jazyce certifikační autority s českým překladem) a návod v českém jazyce (v elektronické podobě)

## 8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

### Požadavky na lékařský mikroskop s kamerou, 1 ks

- přístroj určený pro hodnocení histologických a imunohistochemických preparátů na pracovišti patologie

**Technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 - technické parametry**

- Obecné technické podmínky: Dodané přístrojové vybavení musí být nové, nerepasované a nepoužité.
- Pokud tyto zadávací podmínky uvádějí odkaz na konkrétní normu nebo technický dokument nebo přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. Tato možnost bude uvedena v technických podmínkách u konkrétního odkazu.
- V případě, že zařízení (přístrojové vybavení) bude připojeno do LAN sítě VFN, uchazeč v nabídce přesně technicky specifikuje:
  - toto zařízení (HW, operační systém, způsob ochrany před škodlivými kódy),
  - případné požadavky na komunikaci s ostatními systémy VFN (PACS, NIS), anebo komunikaci do sítě Internet,
  - případné požadavky na poskytnutí diskového úložiště z důvodu například zálohy,
  - případné požadavky na umístění fyzického serveru/výrobu virtuálního serveru.
  - dodavatel musí nabízet zařízení, které je s PACS systémem VFN kompatibilní viz Příloha č. 3 - DICOM Conformance Statement PACS VFN,
  - dodavatel zadavateli v nabídce předloží dokument DICOM Conformance Statement pro nabízené zařízení,
  - dodavatel zajistí součinnost při připojování k systému PACS zadavatele.
- V případě instalace software na PC v majetku VFN:
  - bude software podroben testu kompatibility se software výbavou VFN,
  - bude tato instalace a konfigurace kompletně provedena pracovníkem dodavatele, Úsek Informatiky VFN pouze instalaci umožní,
  - musí pracovat na stanici zařazené do MS domény,
  - musí pracovat pod uživatelským oprávněním USER (vyjma prvotní instalace),
  - musí pracovat se Systémem Center Endpoint Protection Microsoft Corporation,
  - při nutnosti zadávání uživatelského jména a hesla (v případě webové autentikace) musí být údaje odesílány šifrovaně (použití https).





JISTOTA  
DERNÍ MEDICÍNY

## 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- Nabídky se budou dle § 114 odst. 1 hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky dle § 114 odst. 1 zákona je ekonomická výhodnost. Hodnocení se uskuteční dle § 119 a následujících zákona.

- Pro jednotlivá hodnocená kritéria byly stanoveny tyto váhy:

Dílčí hodnotící kritéria	Váha v %
1) Cena přístroje/ů (bez DPH)	60
2) Servisní náklady za celkový počet přístrojů (bez DPH)	40

- Způsob hodnocení:**

- Ad. 1) Cena přístroje

**počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / cena nabídnutá) x 100 x váha uvedená v tabulce výše**

Nabídnutá cena za jeden kus bude násobena počtem kusů pořizované techniky, tak aby výsledná cena byla součtem částek pro kompletní předmět zakázky a výsledná cena bude použita do výše uvedeného vzorce.

- Ad. 2) Servisní náklady po skončení záruky přístroje

**počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / cena nabídnutá) x 100) x váha uvedená v tabulce výše**

Cena servisní hodiny bude násobena počtem modelových hodin odpovídajícím pořizovanému typu techniky – pro hodnocení je použito 8 hodin servisu za rok - a všechny nabídnuté ceny u jednotlivých položek servisních nákladů budou násobeny počtem kusů pořizované techniky tak, aby výsledná cena byla součtem částek pro kompletní předmět zakázky, a následně sečteny a výsledná cena bude použita do výše uvedeného vzorce.

- Ad. 3) Technické parametry

**počet bodů = počet splněných hodnocených parametrů / počet hodnocených parametrů x váha uvedená v tabulce výše**

- Konečné vyhodnocení:**

Na základě součtu dosažených bodů u všech hodnocených kritérií jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejvýhodnější nabídka je ta, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

## 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v listinné formě (kompletní nabídka kromě návodu k obsluze) a dále rovněž v elektronické formě na CD (kompletní nabídka včetně návodu k obsluze na CD). Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy a také vyplněný návrh smlouvy ve formátu word (elektronicky na CD), jehož vzor je přílohou této zadávací dokumentace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- Bude-li nalezen v rámci posouzení rozpor v nabídce, a to v údajích, které jsou předmětem hodnocení, bude pro potřeby hodnocení relevantní údaj ze závazného návrhu smlouvy



předloženého v listinné podobě. Pokud jsou součástí listinného návrhu smlouvy také přílohy, nesmí si jakkoliv vzájemně odporovat, v opačném případě je to důvodem k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

- Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
- **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- **Podepsaný návrh Smlouvy (včetně cenové nabídky).**

Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh kupní smlouvy na dodávku předmětu této veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy – zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- **Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace (viz čl. 7).**
- Uchazeč předloží dokumenty nabízené techniky, a to: návod k obsluze (uživatelský manuál) v českém jazyce (stačí pouze v elektronické podobě), prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. - označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými předpisy EU), popř. další certifikáty deklarující kvalitu výrobku (uchazeč předloží prostou kopii originálu, v případě cizojazyčného dokumentu kromě slovenštiny doloží uchazeč včetně českého překladu) a originální datový list výrobce v anglickém jazyce s technickými parametry k nabízenému zařízení (lze doložit i v jiném jazyce s předložením překladu do českého jazyka).
- Uchazeč se vyjádří ke všem požadovaným technickým podmínkám, parametrům a funkcím předmětu zakázky dle čl. 8 zadávací dokumentace, případně vysvětlí splnění požadovaného medicínského účelu tak, aby bylo zřejmé, že nabízený přístroj plní parametry a požadavky specifikované zadavatelem, případně zdali je nabídnuto pro splnění požadovaného účelu vhodné technické řešení. Není-li u podrobných technických parametrů jasně stanoven toleranční rozsah, je povolen toleranční rozsah +/- 10 %, s tím že musí být zachován uváděný medicínský účel, tj., jeho diagnostické nebo terapeutické využití. Uchazeč pro účely posouzení nabídky vyplní tabulku – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této výzvy – zadávací dokumentace.
- Součástí nabídky musí být určení, zda se jedná o zdravotnické prostředky u kterých je zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, nebo výrobcem nařízena instruktáž. Nezaměňovat instruktáž se zaškolením; instruktáž je nařízena u aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, aktivních zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb nebo III a u zdravotnických prostředků, u kterých tak výslovně stanovil výrobce. U ostatních zdravotnických

prostředků postačuje seznámení se s návodem k obsluze a zaškolení personálu. Zaškolení nemusí provádět osoba přímo poučená výrobcem (u instruktáže musí být konkrétní osoba k provádění instruktáží výrobcem autorizována a tak může provádět instruktáž dalších osob, řetězení této instruktáže – tj. že tyto instruované osoby mohou poskytovat instruktáž dalším osobám, zákon nepřipouští – viz § 59, 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích).

- Uchazeč doloží čestné prohlášení, že nabízené přístrojové vybavení je kompletní a funkční a prohlášení o vzájemné kompatibilitě a funkční spolupráci všech částí systému.
- Kompletní požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a dále předloží požadavky na dodávky médií (instalační plány a požadavky na rozvody vody, elektřiny, médií, odpad, stínění atd.). Uchazeč je povinen se seznámit s přístupovou cestou na místo plnění a zahrnout náklady na stěhování až na místo plnění do nabídkové ceny. V případě, že uchazeč nepožaduje žádnou připravenost instalace, předloží v rámci nabídky o této skutečnosti čestné prohlášení.
- Informace o podmínkách a cenách servisu (hodinová sazba, cena výjezdu, pravidelných bezpečnostně-technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., nebo pravidelných revizí / validací zařízení, včetně vystavení protokolu, a dále informace o ceně instruktáže provedené výrobcem či osobou poučenou výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb. pro jednu osobu, pokud je požadována (platí pro zdravotnické prostředky třídy IIb, III a tam, kde to stanovil výrobce). Uchazeč uvede rovněž nabídku na paušální pozáruční servis zahrnující servisní práci v případně závady, provádění bezpečnostně – technických prohlídek a provádění instruktáží dle zákona č. 268/2014 Sb. Uchazeč uvede veškeré informace v přehledné tabulce a dále uvede seznam nejčastěji měněných náhradních dílů (cca 20 položek) a případného spotřebního materiálu ke zboží. Uchazeč uvede kontakt na servis. V případě, že není uzavřena servisní smlouva mezi uchazečem a VFN, pod kterou by bylo možno aktuálně pořizovanou zdravotnickou techniku podřadit, uchazeč po skončení záruční doby garantuje zde uvedenou cenu pro uzavření servisní smlouvy. VFN se tímto nezavazuje k uzavření servisní smlouvy s uchazečem.

## 11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta) v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Míková, tel: +420224963085, e-mail: katerina.mikova@vfn.cz.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel na takovou žádost odpoví formou vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejní na svém profilu – <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn>, proto je vhodné, aby uchazeči tyto stránky sledovali do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínky bude





JISTOTA  
ODERNÍ MEDICÍNY

uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel si vyhrazuje právo/možnost zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv do doby, než dojde k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

## 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Lhůta pro podání nabídek:** **Datum: 19.9.2018** **Hodina: do 11:00 hod.**

**Adresa pro podání nabídek:** Nabídku lze podat doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele (budova Ředitelství A5, 4. patro, dv. č. 407, po – pá: 9–11 hod), a to na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08. Obálka s nabídkou bude označena názvem zakázky: „**Lékařský mikroskop s kamerou – NEOTVÍRAT**“.

## 13. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Veškerá rozhodnutí vydaná v rámci zadávacího řízení (myšleno zejména Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče) budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, a to stejným způsobem, jakým byla uveřejněna tato zadávací dokumentace.

Tyto doklady dále nebudou odesílány v listinné podobě poštou.

Uveřejněním na profilu zadavatel se dotčené dokumenty považují za doručené.

## 14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude pořádat v rámci této zakázky organizovanou prohlídku místa plnění

## 15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy + přílohy
- Příloha č. 3 - DICOM Conformance Statement PACS VFN

V Praze dne 7.9.2018

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,  
ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

