

**Tabulka splnění minimálních technických podmínek  
"Stříkačky proplachovací předplněné fyziologickým roztokem"**

Technické požadavky		ANO / NE	Poznámky
Stříkačky proplachovací předplněné fyziologickým roztokem 0,9% NaCl, objem 10 ml, sterilní			
1.1. Charakteristika			
Stříkačka proplachovací předplněná fyziologickým roztokem 0,9% NaCl, objem 10 ml, sterilní	objem 10 ml		
	sterilní, naplněna sterilním fyziologickým roztokem 0,9% NaCl		
	průhledná		
	silnostěnná		
	LUER-LOCK špička		
	bez latexu, bez DEHP		
	zřetelné, výrazné a srozumitelné označení, čárový kód (datová matrice)		
	bez dezinfekčního uzávěru („čepičky„)		
	vyhovuje z hlediska bezpečnosti a hygieny zásadám správné klinické praxe		
	připravena k okamžitému použití		
	balena v souladu s platnou legislativou		
	CE		