

Požadovaná zdravotnická technika <b>Videolaparoskop</b>	Cena - ....., v Kč včetně DPH
--	----------------------------------

<b>Technické požadavky:</b> Minimální zadavatelem požadované technické parametry	<b>Uchazečem nabízená hodnota</b> <i>(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru u ostatních slovem splňuje)</i>
<i>(uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)</i>	
Název přístroje:	
Videolaparoskop – komplet (kamerová hlava, optika, světlovodný kabel)	
Medicínský účel, použití, indikace:	
-dokoupení videolaparoskopu ke stávající laparoskopické věži	
Technické parametry, funkce:	
– Tříčipová kamerová hlava Full HD (1080p) (16:9 nebo 16:10) s možností fokusu a ostření a ovládacími programovatelnými tlačítky	
– 30° úhel pohledu optiky	
– průměr optiky: 10 mm	
– ovládací programovatelná tlačítka na kamerové hlavě	
– sterilizační boxy	
– podpora úzkopásmového zobrazení – zvýraznění cév apod.	
– Možnost dekontaminace běžnými přípravky	
– Možnost dekontaminace běžnými přípravky	
– parní (134 °C nebo 121 °C) sterilizace celého kompletu	

Dále prosím vyberte z níže uvedených požadavků, případně doplňte:

**1. Kompatibilita:**

- Kompatibilita je požadována se stávající laparoskopickou sestavou Storz a příslušenstvím Image 1 Connect, Image 1 H3-Link, Power LED 300 SCB)

**2. Součástí dodání (obsažené v ceně):**

- Doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště
- Instalace, uvedení do provozu
- Předvedení přístroje, provedení funkční a zkoušky dodaného přístroje
- Instruktaž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (§61 – platí pro AIZP, ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce, musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy
- Dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

**3. Pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky (24 měsíců) bezplatně: - příklady**

- Pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (nařízená výrobcem, u ZP třídy IIb a III, pokud interval prohlídky nestanoví výrobce, provádí se min. po 2 letech; součástí BTK je provádění elektrické kontroly, pokud se jedná o elektrozařízení)

**4. Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:**

- Prohlášení o shodě
- Autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
- Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě (CD)
- Doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.
- Kompletní požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií