

V Olomouci 14.9.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„Stříkačky proplachovací předplněné fyziologickým roztokem“

Dotaz ze dne 14.9.2018:

Obracíme se na Vás s doplňujícím dotazem k veřejné zakázce s názvem „Stříkačky proplachovací předplněné fyziologickým roztokem“. V technických požadavcích zadavatel udává: „Stříkačka proplachovací předplněná fyziologickým roztokem 0,9% NaCl, objem 10 ml, sterilní“ A dále pak: „sterilní, naplněna sterilním fyziologickým roztokem 0,9% NaCl“ Vzhledem k ustálenému a používanému názvosloví pro podobné produkty zasíláme dotaz k technickým podmínkám: Požaduje zadavatel kompletní sterilní verzi předplněné stříkačky, tedy sterilní povrch stříkačky naplněné sterilním roztokem 0,9% NaCl, tzn. že stříkačka je balena ve sterilním obalu? Anebo zadavatel požaduje verzi s klinicky čistým povrchem stříkačky naplněné sterilním roztokem 0,9% NaCl?

Odpověď:

Zadavatel požaduje verzi s klinicky čistým povrchem stříkačky naplněné sterilním roztokem 0,9% NaCl.