

V Praze dne 13.9.2018  
Č.j.: VFN/019645/2018  
Počet listů: 2  
Přílohy: 0

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 13.9.2018**

**ZADAVATEL:** Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
Sídlem: U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08  
Zastoupena: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA  
IČ: 00064165

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Lékařský mikroskop s kamerou**  
(dále jen VZMR)

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené VZMR.

**Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti.**

**Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:**

V minimálních technických požadavcích je uvedeno:

Obrazový výstup
– Podpora komunikaci ve formátu DICOM 3.0 včetně podpory DICOM Worklist.
– Uchazeč v nabídce předloží dokument DICOM Conformance Statement pro nabízené zařízení.
– Zařízení musí být kompatibilní s PACS systémem zadavatele viz Pr.c.3_ZD-PACS_Dicom_Conformance_Statement.
– Uchazeč zajistí součinnost při připojování k systému PACS zadavatele.

Námi nabízené zařízení nemá obrazový výstup s podporou komunikace ve formátu DICOM3.0. Akceptuje zadavatel obrazový výstup s přenosem dat i v jiném formátu vhodném pro účely archivace a následného prohlížení?



JISTOTA  
MODERNÍ MEDICÍNY

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel vyžaduje formát kompatibilní se standardy DICOM. Hlavním úložištěm obrazových dat ve VFN je PACS, který jiný typ spojení, než podle standardu DICOM neumožňuje. Lokální ukládání obrazových dat je z hlediska bezpečnosti, zálohování a dlouhodobé údržby neakceptovatelné.

---

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA  
Ředitelka VFN v Praze