

V Olomouci 25.9.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem
„Stříkačky proplachovací předplněné fyziologickým roztokem“

Dotaz ze dne 24.9.2018:

Z přílohy č. 4 vyplývá, že zadavatel ve specifikaci požaduje stříkačku sterilní, naplněnou sterilním fyziologickým roztokem 0,9% NaCl. Dle dostupných informací účastníka se v celém zařízení používají stříkačky v tzv. clean verzi, která splňuje požadavek na sterilní obsah fyziologického roztoku, ale povrch stříkačky není sterilní. Tato stříkačka na běžný proplach splňuje požadavky na bezpečnost a hygienu a vyhovuje zásadám správné klinické praxe. Bude zadavatel akceptovat nabídku stříkačky v clean verzi?

Odpověď:

Zadavatel na tento dotaz odpovídal již vysvětlením zadávací dokumentace č.2, kde uvedl:
„Zadavatel požaduje verzi s klinicky čistým povrchem stříkačky naplněné sterilním roztokem 0,9% NaCl.“