

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: **RT PCR - termocykler pro amplifikaci DNA - II**
 Název zadavatele: Institut klinické a experimentální medicíny
 Adresa zadavatele: Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
 IČO zadavatele: 00023001
 Reg. č. IKEM: PZ-2018-0000332

Na základě výsledku jednání komise ze dne 9. 10. 2018 o výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky takto:

1. Vybraný dodavatel

Název vybraného dodavatele	Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Sídlo dodavatele	V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
IČO	25761307
Nabídková cena bez DPH	1,246.396,45 Kč

2. Hodnotící kritéria a údaje či číselně vyjádřitelná kritéria dodavatele, který získal v hodnocení nejvyšší počet bodů, tj. 97,46 bodů.

1.dílčí kritérium			
1	Nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH	1 246 396	
	Získaný počet bodů za 1.dílčí kritérium	67,46	
2.dílčí kritérium			
Kvalita vlastností přístroje			
Položka	Kvalita vlastností přístroje-subkritérium	Hodnota parametrů nabízeného přístroje účastníkem	počet bodů za položku
1	SW přístroje nabízí možnost zvolit provedení normalizace na referenční barvu (ROX, případně jinou barvu) za účelem zpřesnění výsledků a eliminace pipetových chyb	ANO	20
2	Možnost normalizace k více endogenním kontrolám.	ANO	20
3	Možnost rozšíření/upgrade přístroje na vyšší verzi umožňující analýzu v microfluidních kartách (384 jamek á 1ul)	ANO	60
	součet bodů za subkritéria		100,0
	Získaný počet bodů za 2.dílčí kritérium	30,0	
Výsledný počet bodů:			97,46

V Praze dne 18. 10. 2018



MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha – Krč
IČO: 00023001
DIČ: CZ00023001

INSTITUT
KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
ředitel
140 21 Praha 4-Krč, Vídeňská 1958/9

E-mail: zakazky.ovz@ikem.cz
Tel.: +420 236 05429
www.ikem.cz