

Příloha č.1 Soupis poptávaného vybavení včetně zadávacích podmínek

1. Křesla žakovská

Název položky	ks
Stacionární zubní souprava 2 ks spodní vedení a 2ks horní vedení	4
Souprava obsahuje tyto položky:	soupravy
Strana lékař	
Pistole 3-funkční s LED světlem	1
Hadice se světelným LED,bezuhlíkový mikromotor s možností nastavení otáček,	1
s možností dovybavit o integrované řízení točivého momentu a endo funkci	
Turbínová hadice světelná	1
Odstraňovač zubního kamene světelný LED s elektronickým ovládáním výkonu a chlazením	1
Křeslo	
Plivátko s manuální otočnou funkcí	1
Opěrka hlavy se dvěma klouby	1
Elektronický nožní ovladač	1
Opěrka nohou s možností prodloužení pro velmi vysoké pacienty	1
Sací systém	
Mokrý sání VSA systém vč. plivátkového ventilu	1
Asistent	
4 pozice instrumentu	1
Odsliňovačka a HVE	1
Světlo	
LED osvětlení s intenzitou nastavení od 5.000 do 40.000 lux,	1
s originálním držákem externí kamery přímo na světle,	1
s možností nastavení teploty barvy mezi 4.800 až 6.100K,	
Bezdotykový senzor s možností nastavení citlivosti a možností vypnutí senzoru	1

2. Křeslo lékařské

Název položky	ks
Stacionární zubní souprava horní vedení	1 souprava
Souprava obsahuje tyto položky:	
Strana lékař	
Pistole 3-funkční s LED světlem	1
Hadice se světelným LED bezuhlíkový mikromotor s možností nastavení otáček,	1
s možností dovybavit o integrované řízení točivého momentu a endo funkci	
Turbínová hadice světelná	1
Odstranovač zubního kamene světelný LED s elektronickým ovládáním výkonu	
Křeslo	1
Plivátko s manuální otočnou funkcí	1
Opěrka hlavy se dvěma klouby	1
Elektronický nožní ovladač	1
Opěrka nohou s možností prodloužení pro velmi vysoké pacienty	1
Sací systém	
Mokrý sání VSA systém vč. plivátkového ventilu	1
Asistent	
4 pozice instrumentu	1
Odsliňovačka a HVE	1
Dotyková klávesnice	1
Světlo	1
LED osvětlení s intenzitou nastavení od 5.000 do 40.000 lux,	
s originálním držákem externí kamery přímo na světle	
s možností nastavení teploty barvy mezi 4.800 až 6.100K	
Bezdotykový senzor s možností nastavení citlivosti a možností vypnutí senzoru	1
Rentgen	1
Držák rentgenu na soupravě	1
Multipulzní rentgen umístěný na soupravě vč.kolimátoru	1
Bezdrátová přímá digitalizace na bázi WiFi se samostatně vyměnitelným kabelem, software bez omezení (multilicence)	1

3. Technická místnost

Název položky	ks
Sací agregát	
výkon sacího agregátu pro 5 zubních křesel v souběhu	1
vč. obslužného indikačního modulu	1
urychlovač proudění	5
odlučovač amalgámu rotační	1
Kompresor	
bezolejový kompresor	1
tlak 5-7 bar	1
výkon min 250l za minutu	1
membránový sušič vzduchu	1

4. Požadavky na dodání a servis:

- a) Odborný servis v místě do 24 hodin bez účtování cestovného. Dodavatel zajistí servis pomocí minimálně 2 zaměstnanců vyškolených techniků a minimálně 1 zaměstnance vyškoleného na servis rentgenového přístroje. Součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy.
- b) Software digitalizace musí být dodán v multilicenci
- c) Dodavatel musí dodržet minimální technické požadavky uvedené v zadání.
- d) Dodavatel zajistí montáž a uvedení do provozu v místě dodání.

Příloha č.2 Soupis nabídky

**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice,
Husova 3**

Cenová nabídka

Zakázka: Dodávka vybavení odborné učebny DDH včetně montáže

		Cena celkem bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Křeslo žákovské s vybavením	4 ks			
Křeslo lékařské s vybavením	1 ks			
Technické vybavení	1 ks			
CENA CELKEM ZA DODÁVKU				

V

Datum:

Podpis oprávněné osoby: