

Splnění technických podmínek
Monitory životních funkcí včetně 2 ks centrály
Porodnicko – gynekologickou kliniku

IV.
pro

požadované technické podmínky - Monitory vitálních funkcí - 12 ks	ano/ne	poznámky
modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD dotykovou min. 12"		
mechanické ovládání		
zobrazení křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,		
zobrazení 12-ti svodového EKG (současně min. 12 křivek)		
jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,		
monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s výběrem módu		
trendy tabulkové i grafické		
úplná analýza arytmií,		
funkce analýzy ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem, která jednoduše a rychle detekuje a lokalizuje změny ST segmentu v čase,		
funkce monitorování QT/QTc segmentu včetně nastavení alarmových limit,		
alarmy – min. 3 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,		
automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,		
funkce přenosu dat a nastavení mezi monitory (transport/překlad),		
přenos dat na centrální monitor,		
komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů,		
součástí je upevňovací mechanismus monitoru na polici/rameno (dle pracoviště),		
integrované napájení v monitoru, včetně vestavěné baterie		
základní příslušenství pro všechny požadované parametry nutné pro zahájení provozu		
Požadované parametry pro každý monitor (nebo moduly dle výrobce):		
EKG – monitorované 3žilovým kabelem, také podporuje 5žilový kabel s derivací 12svodového EKG		
respirace impedanční metodou,		
NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu,		
SpO2 Masimo včetně prstového čidla a ušního čidla		
IBP a teplota		
Uživatelský SW v ČJ, vše včetně komponentů sítě a instalace		
Součástí dodávky bude:		
Centrální stanice - 2ks		
Dvou-obrazovkové zobrazení na centrále – 2 x minim. 24" display		
zobrazení 8 pacientů – rozšířitelná na 32		
WEB přístup pomocí internetového prohlížeče		
Protokol HL7 export		
Překládání pacientů s jejich historií (monitorovaná data) v rámci celé kliniky		
24 hodin klinická data		
Laserová – LAN tiskárna		
Záloha provozu každé centrály přes UPS po dobu minimálně 10minut		
Délka záruky min. 24 měsíců		