

V Olomouci 22.11.2018

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem  
„Monitory životních a mozkových funkcí“

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.11.2018**

**Část IV. Monitory životních funkcí včetně 2 ks centrály pro Porodnicko – gynekologickou kliniku**

**Dotaz č. 1**

Zadavatel požaduje v technické specifikaci dotekový monitor s mechanickým ovládáním. Bude zadavatel akceptovat nabídku dotykového monitoru bez mechanického ovládání (všechny funkce dotykovou obrazovkou) mimo zapnutí a vypnutí monitoru (mechanickým tlačítkem)?

**Odpověď:**

ANO, zadavatel bude akceptovat nabídku dotykového monitoru bez mechanického ovládání (ovládání všech funkcí dotykovou obrazovkou) mimo zapnutí a vypnutí monitoru (mechanickým tlačítkem).

**Dotaz č. 2**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje měření SPO2 technologií Masimo.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy uchazeč nabídne jinou technologii měření SPO2 minimálně ve stejné kvalitě jako technologie Masimo?

**Odpověď:**

NE, zadavatel trvá na minimálním technickém parametru stanoveném v zadávací dokumentaci, tj. měření SpO2 technologií Masimo. Jedná se o monitoraci novorozenců a nezralých novorozenců, u kterých je technologie Masimo dlouhodobě ověřená.

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.12.2018 do 10:00 hodin.**