

V Olomouci 30.11.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem
„Monitory životních a mozkových funkcí“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27.11.2018
Dotaz k části III. Monitory životních funkcí – bed side

Dotaz č. 1

Požadovaný parametr: Zadavatel požaduje, aby monitory měly zvýšenou mechanickou odolnost.

Dotaz: Je potřeba tuto skutečnost nějak specifikovat údajem od výrobce – například uvedení konkrétní normy 7M3 a pod.?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby monitory měly zvýšenou mechanickou odolnost. Zadavatel do nabídky požaduje doložení, na základě čeho byla určena zvýšená míra mechanické odolnosti.

Dotazy k části IV. Monitory životních funkcí včetně 2 ks centrály pro Porodnicko – gynekologickou kliniku

Dotaz č. 2

Požadovaný parametr: Zadavatel požaduje – Dvou-obrazovkové zobrazení na centrále.

Dotaz: Požaduje tímto zadavatel, aby byla centrální stanice doplněna "Slave" displejem pro sekundární zobrazení?

Odpověď:

ANO, zadavatel u každé centrály požaduje druhý „Slave“ monitor pro sekundární zobrazení.

Dotaz č. 3

Požadovaný parametr: Překládání pacientů s jejich historií (monitorovaná data) v rámci celé kliniky.

Dotaz: Požaduje tímto zadavatel, aby byly centrální stanice připojitelné k Centrální Databázi pro monitorovaná data ve FN Olomouc. A tím zajištěné překládání monitorovaných pacientů s jejich historií v rámci FN Olomouc?

Odpověď:

ANO, zadavatel požaduje připojení do centrální databáze Philips pro monitorovaná data ve FN Olomouc. Tato databáze se již ve FN Olomouc provozuje.