

V Olomouci 3.12.2018

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce s názvem
„Monitory životních a mozkových funkcí“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2.12.2018
Dotaz k části I. Monitory životních funkcí včetně 1 ks centrály pro Novorozenecké oddělení

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pro měření SpO2 technologii Masimo. Žádáme zadavatele o přezkoumání požadavku a akceptaci srovnatelného řešení se systémem Masimo a to technologii Nellcor Oximax SatSeconds, která je z medicínského, technologického i klinického hlediska srovnatelná. Dovolujeme si zadavatele v dané věci odkázat na vládní programové prohlášení, které deklaruje zvýšení transparentnosti ve všech rozhodovacích procesech ve zdravotnictví. Omezení hospodářské soutěže de facto na jediného výrobce a jeho distributory může být vnímáno jako porušení Ministrem zdravotnictví deklarovaného principu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených veřejných zdrojů (tzv. princip 3E). Bude zadavatel akceptovat měření SpO2 technologií SatSeconds?

Odpověď:

NE, zadavatel nebude akceptovat měření SpO2 technologií Nellcor Oximax SatSeconds. Zadavatel trvá na požadavku „měření SpO2 technologií Masimo (vhodná pro novorozenecké pacienty s nízkým průtokem krve)“. Technologie Masimo je unikátní systém, který je vhodný a speciálně vhodný pro použití u novorozenců, je ověřený a v mnoha studiích doporučovaný. Z tohoto důvodu měření SpO2 technologií Masimo implementuje do svých monitorovacích systémů více výrobců monitorů. Zadavatel v zadávacím řízení požaduje 12 ks monitorů životních funkcí včetně centrály, které tuto technologii využívají.