

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 30.11.2018

ZADAVATEL: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlem: náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Zastoupený: Mgr. Martin Voženílek
IČO: 00024007

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Dodávka 10 ks rehabilitačních lehátek“

Číslo VZ: 267/2018/ZMR

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07.12.2018

Prosím o vyjádření zadavatele k dotazu na veřejnou zakázku 267/2018/ZMR-Dodávka 10 ks rehabilitačních lehátek.

- Naklopení zádového dílu v rozsahu -50° až +30°

Umožní zadavatel variantu polohování 0-80° ? Tato varianta rozšíří množství nabídek a tedy i možnost výhodnějších nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12.12.2018

- Zadavatel nebude akceptovat navrhované parametry, stanovené požadavky a mínusový úhel je zásadní pro poskytované rehabilitační služby.

Ing. Alena Růckerová, manažer veřejných zakázek,
tel.: +420 499860133,
e-mail: alena.ruckerova@janskelazne.com