

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**  
Sídlo: **Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2 – Nové Město**  
IČO: **00216208**

Veřejná zakázka: **Paraziti – Termocykléry pro PCR**

Interní číslo VZ: **VZ/18/214**

Žádost o vysvětlení ZD:

## **Dotaz č. 1:**

V rámci výběrového řízení s názvem Paraziti – Termocykléry pro PCR požadujete v rámci minimálních technických parametrů u přístroje A: Kapacita paměti alespoň 400 programů. Rádi bychom se zeptali, zda bude akceptována nabídka, která zcela splňuje ostatní požadované parametry, nebo je i převyšuje, ale nabízí kapacitu paměti 350 programů, a to i s ohledem na fakt, že v rámci přístroje B požadujete paměť na pouze 250 programů.

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

**Zadavatel mění parametr a počet programů tedy snižuje na 350. V souvislosti s touto změnou poskytuje aktualizovanou přílohu č. 3 ZD – Specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele.**

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 1. 2019 do 11:00 hodin.**

V Praze dne 20.12.2018

**CGB - Consult, s.r.o.**  
Poř. Děkankou 435/27  
147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 25100921, DIČ: CZ25100921

.....  
Ing. Jan Chalupa, CSc.  
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.  
z pověření zadavatele

Příloha: Aktualizace přílohy č. 3 ZD