

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel: **Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: **Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2 – Nové Město**
IČO: **00216208**

Veřejná zakázka: **Paraziti – Termocykléry pro PCR**

Interní číslo VZ: **VZ/18/214**

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj, který splňuje všechny zadané parametry pro všechny přístroje s výjimkou hodnoty "rychlost ohřevu / chlazení " u přístroje "A"? Námi nabízený přístroj pro požadovaný blok na 384 jamek má rychlost ohřevu /chlazení 2,5°C/s .

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

S ohledem na účel, k jakému je přístroj pořizován, zadavatel trvá na rychlosti ohřevu a rychlosti chlazení tak, jak je uvedeno v bodě č. 3 Absolutních (minimálních) technických požadavků Přístroje "A" - Termocyklér pro PCR "A".

V Praze dne 31.12.2018


CGB - Consult, s.r.o.
Pod Děkanou 435/27
147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 25100921, DIČ: CZ25100921

.....
Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele