

Minimální technické podmínky
"Materiál spotřební k tlakovým injektorům ULRICH"

Technické požadavky		ANO / NE	Poznámky
1.			
Materiál spotřební k tlakovým injektorům ULRICH			
1.1. Charakteristika			
Hadička k injektoru Ulrich patientská (Patient tubing)	použitelná pro jednotlivého pacienta, možnost použití pro několikánásobné vyšetření jednoho pacienta		
	latex-free, non-pyrogenic		
	Luer lock se zpětným ventilem		
	délka min. 2,50 m		
	sterilní		
Hadička k injektoru Ulrich vnitřní (Pump tubing)	použitelná až na 24 hodin pro jakékoliv množství pacientů		
	vzduchové filtry ve špičkách		
	tlakový sensor		
	filtr pro odstranění ciz. částic		
	Luer lock se zpětným ventilem		
	sterilní		
1.2. Další podmínky			
expirace min. 12 měsíců			
vzorky: zadavatel si vyhrazuje právo na ověření kvality nabízených hadiček případným vyžádáním vzorků			