

Splnění minimálních technických podmínek
„Centrifugy - část II. Centrifuga pro Ústav imunologie

Uveďte typ přístroje a výrobce:		
Technické specifikace	ano/ne	poznámky účastníka
✓ Centrifuga s rotorem, závěsy a adaptéry (dále jen centrifuga) musí zajišťovat hladký provoz při rotaci minimálně 5000rpm		
✓ Centrifuga musí mít minimální rotaci menší než 1000rpm		
✓ Centrifuga musí mít vhodné RCF pro rozsah požadovaných RPM při maximálně průměru plně obsazeného rotoru a především při scénářích točení 10ml zkumavek a točení 15ml zkumavek a točení 50ml zkumavek		
✓ Centrifuga musí umožnit současné odstředování alespoň:		
• 50 kusů 10ml zkumavek Falcon s kulatým dnem		
• 30 kusů 10ml zkumavek Falcon s kónickým dnem		
• 50 kusů 15ml zkumavek Falcon s kulatým dnem		
• 30 kusů 15ml zkumavek Falcon s kónickým dnem		
• 16 kusů 50ml zkumavek Falcon		
✓ Centrifuga obsahuje závěsy s alternativně odnímatelnými nebo neodnímatelnými adaptéry na zkumavky v množství plného obsazení míst (slotů) v rotoru		
✓ Pokud jsou adaptéry vestavěné neodnímatelné od závěsu, pak je možno adaptéry vynechat při dodání takového počtu takových závěsů, aby zajistil kompatibilitu se všemi požadovanými zkumavkami v daných počtech		
✓ Centrifuga musí mít kontinuální režim – automatická rotace zkumavek Falcon v nastaveném režimu (dobu a RPM)		
✓ Centrifuga musí mít pulzní režim – rotace při nastavených RPM pouze po dobu, po kterou uživatel drží stisknuté tlačítko		
✓ Centrifuga musí mít rozměry (Š x H x V) maximálně 50 x 80 x 50 cm		
✓ Centrifuga musí mít hmotnost maximálně 100 kg		
✓ Centrifuga musí mít příkon maximálně 1500 W		
✓ Centrifuga musí být napájena z běžné zásuvky 230V/50Hz		
✓ Centrifuga musí umožnit budoucí doplnění o cytorotor – specifikujte seznam vyhovujících typů		
Součástí dodávky musí být:		
• Součástí dodávky musí být závěsy s adaptéry na zkumavky v množství plného obsazení míst (slotů) v rotoru		
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.		
✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje (zadavatel stanovil předpokládanou životnost přístroje v délce 8 let)		
Délka záruky minimálně 24 měsíců (uveďte...)		