

Splnění minimálních technických podmínek
„Centrifugy - část III. Centrifuga pro Neurologickou kliniku

Uved'te typ přístroje a výrobce:		
Technické specifikace	ano/ne	poznámky účastníka
✓ Cytocentrifuga musí být chlazená		
✓ Cytocentrifuga musí mít kapacitu na minimálně 4 vzorky		
✓ Cytocentrifuga musí umožňovat rychlou a snadnou výměnu rotorů		
✓ Cytocentrifuga musí umožňovat práci s výkyvným, úhlovým i hematokritovým rotorem		
✓ Objem každého vzorku musí být v intervalu 0,1 ml až 10 ml		
✓ Cytocentrifuga musí mít maximální nastavitelnou rotaci minimálně 15000rpm		
✓ Cytocentrifuga musí mít nastavení maximálního RCF minimálně 21382 × g		
✓ Cytocentrifuga musí mít rozsah teploty minimálně -20 °C až + 40°C		
✓ Cytocentrifuga musí umožňovat změnu akcelerace		
✓ Cytocentrifuga musí mít kompaktní provedení a hmotnost maximálně 55 kg		
✓ Cytocentrifuga musí umožnit nastavení času od 1 do 99 minut po minutě, nepřetržitý chod i krátkodobé točení		
Součásti dodávky musí být:		
• Výkyvný čtyřmístný rotor s maximální rotací minimálně 4000rpm a maximální RCF minimálně 2665 × g		
• Tento rotor musí být odolný vůči chemikáliím a musí být autoklávodatelný		
• 100 ks podložních sklíček s kompatibilními závěsy pro tyto sklíčka		
• 10 ks 10 ml zkumavek s kompatibilními závěsy pro tyto zkumavky		
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.		
✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma		
✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje (zadavatel stanovil předpokládanou životnost přístroje v délce 8 let)		
Délka záruky minimálně 24 měsíců (uved'te...)		