



## Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000387 s názvem:

### „Štěrbínová lampa“

#### 1. Informace o zadavateli

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

#### 2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 3 kusů štěrbinové lampy pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu všeobecné ambulance a operačních sálů.

#### 3. Technické požadavky

##### 3.1. Specifikace štěrbinové lampy

- ✓ Přístroj musí umožňovat prohlédnutí předního i zadního segmentu oka.
- ✓ Přístroj musí umožnit nastavení parametru PD v rozsahu minimálně 50-75 mm.
- ✓ Přístroj musí mít nastavení rozměru zorného pole v rozsahu minimálně 5,7-34 mm.
- ✓ Průměr apertury přístroje musí mít minimálně hodnoty 0,2 - 3 - 5 - 9 - 12 mm.
- ✓ Přístroj musí umožnit minimálně 5 kroků zvětšení v rozsahu 6-40 krát.
- ✓ Přístroj musí umožnit plynulou rotaci štěrbin v rozmezí 0-90°, a dále úhel vychýlení štěrbin přístroje musí být nastavitelný v rozmezí +/- 90°.
- ✓ Přístroj musí umožnit vertikální náklon těla lampy minimálně v hodnotách 0°, 5°, 10°, 15° a 20°.
- ✓ Přístroj musí obsahovat zdroj světla typu LED ve variantě horního osvětlení s regulací intenzity osvětlení.
- ✓ Přístroj musí obsahovat minimálně modrý, zelený, difúzní a žlutý filtr.
- ✓ Přístroj musí umožnit posun základny zepředu dozadu minimálně 110 mm, ze strany na stranu minimálně 105 mm, nahoru dolů minimálně 25 mm.

##### 3.2. Součást dodávky

- ✓ Součástí každého přístroje musí být mobilní stůl s brzditelnými kolečky s elektrickým nastavením výšky stolu, na němž je přístroj mechanicky upevněn.
- ✓ Součástí každého přístroje musí být nastavitelná opěrka brady a čela.
- ✓ Součástí každého přístroje musí být držák kompatibilní s aplanačním tonometrem Haag-Streit AT900.

##### 3.3. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- ✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
- ✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce a dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
- ✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje (zadavatel stanovil předpokládanou životnost přístroje na dobu min. 8 let)
- ✓ délka záruky minimálně 24 měsíců

#### 4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika  
Doba plnění: květen 2019

#### 5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.  
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30.4. 2019 do 10 hodin.



Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ([www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol)).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

#### 6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

#### 7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

#### 8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (přílohy č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž
- ✓ souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnů.
- ✓ souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

#### 9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

.....  
MUDr. Eleni Mikušková  
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC<sup>®</sup>

I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny  
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb  
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek  
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek