



V Olomouci 23.4.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem
„Vyšetřovací a operační rukavice“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.4.2019

Dotaz:

V souvislosti z odpovědí na dotaz č. 1 vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17.4.2019 si Vás dovoluujeme opětovně požádat o upřesnění tohoto hodnotícího kritéria. Doporučení výměny rukavic je odvislé od jejich použití, tzn. od situace (typu zákroku nebo vyšetření) od náročnosti zákroku/vyšetření atd., tzn. je ovlivněno hned více faktory, vlivy a podmínkami. Údaj, který požaduje zadavatel v rámci tohoto kritéria uvést, není výrobcí běžně definován. Výrobci běžně neuvádí přesný časový údaj o tom, kdy je NUTNÉ rukavice vyměnit. Tzn. povinnost výměny není nikde přesně stanovena, je odvislá od stavu rukavice v průběhu konkrétního zákroku/vyšetření. Výrobci rukavic uvádějí jen obecné doporučení výměny po 1-2 hodinách práce. Jedná se však o obecné doporučení, tzn. není to údaj, který by uváděl nutnost výměny rukavic po 1-2 hodiny použití a uživatel rukavic tedy může/musí rukavice vyměnit například již po 30 minutách použití/vyšetření nebo naopak po delší lhůtě např. 3-4 hodinách, toto je opravdu odvislé od konkrétního použití rukavic. Může tedy zadavatel přesněji určit, jak chce toto hodnotící kritérium hodnotit a jaký údaj má být na krycím listě uveden? Můžete zadavatel zároveň definovat přesné podmínky vyšetření a operace, za kterých bude případně tento údaj ověřovat?

Odpověď:

V souladu s textem zadávací dokumentace bude zadavatel hodnotit údaj uvedený v krycím listu nabídkové ceny, který bude doložen technickou dokumentací. U operačních rukavic se jedná o údaj, který říká po jakém čase operace je doporučené rukavice vyměnit a u vyšetřovacích rukavic o údaj, který říká, po jakém čase je doporučené vyměnit vyšetřovací rukavice při ošetrovatelské péči.