

V Olomouci 25.4.2019

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem  
**„12. Stenty vaskulární“**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.4.2019

**Dotaz:**

V souladu s ustanovením §98 ZZVZ Vás žádáme o podání vysvětlení zadávací dokumentace pro část III. Samoexpandibilní stenty vaskulární XL

Dotaz 1) Zadavatel v minimálních technických podmínkách uvádí mimo jiné požadavek na stent vaskulární samoexpandibilní s 6ti tantalovými radiomarkery na obou koncích stentu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku stentu, který zajišťuje maximální RTG vizibilitu, byť místo 6-ti tantalových rentgenkontrastních značek na obou koncích stentu nabízí 4? Tzn. 4 distální značky + 4 proximální značky?

Ostatní požadované technické podmínky na stent kompletně splňujeme.

**Odpověď:**

Ano, zadavatel bude akceptovat zajištění maximální vizibility stentu zajištěnou 4 tantalovými značkami na proximální i distální části (celkem 8 rentgenkontrastními značkami).

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.5.2019 do 10 hodin.**