



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

V Olomouci 29.4.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Štěrbínová lampa“.

Dotazy

Dotaz č. 1: V krycím listu nabídkové ceny požadujete doplnění „Nákladů na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje“. U štěrbinové lampy se provádí pouze pravidelné bezpečnostně-technické kontroly, které jsou vyčísleny v modré kolonce. Žádné pravidelné servisní zásahy se u štěrbinové lampy neprovádějí. Je možné do zeleného řádku uvést „0“?

Odpověď: Ano, pokud se žádné pravidelné servisní zásahy neprovádějí – uveďte „0“.

Dotaz č. 2: V krycím listu nabídkové ceny požadujete vyčíslení nákladů na pravidelné elektrické revize (růžový řádek). V rámci BTK provádíme kontrolu elektrického spotřebiče a naměřené hodnoty jsou uvedeny na protokolu o provedení BTK. Vzhledem k tomu, že Vám nebudeme účtovat náklady za provedení elektrických revizí, můžu v nabídkovém listu uvést „0“?

Odpověď: Ano, pokud náklady za provedení elektrické revize budou v rámci BTK, uveďte do kolonky elektrické revize „0“.